

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13.01.2025

123

İlan No : 2025-01-142
İstem No : 78662
Alın No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : OTOKLAV VE YIKAMA CİHAZLARI İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SEVİYE CAMI SETİ, BELİMED OTOKLAV İÇİN	1	Adet					
2	ISI SENSÖRÜ, T1-T2, OTOKLAV İÇİN	1	Adet					
3	SU POMPASI, BELİMED OTOKLAV CİHAZI İÇİN	1	Adet					
4	BASINÇ ANAHTARI, YIKAMA CİHAZI İÇİN	2	Adet					
5	KAPI KİLİDİ, YIKAMA CİHAZI İÇİN	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturamı aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

OTOKLAV SU POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Pompa BELİMED marka 6-6-18 model buharlı otoklav cihazının orijinal pompası olmalıdır.
- 2-Pompa çalışma voltajı 24 VDC olmalıdır.
- 3-Pompa Checkvalf ünitesi ile birlikte verilmelidir.
- 4-Pompa "Deiyonize" suya dayanıklı olmalıdır.
- 5-Pompa dış yüzeyi "PTFE" kimyasal plastikten yapılmış olmalıdır.
- 6-Pompa cihazın orijinal üreticisi tarafından pompa olmalıdır.
- 7-Pompa cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.


SEVİYE CAMI SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Cam seti BELİMED marka 6-6-18 model buharlı otoklav cihazının orijinal seti olmalıdır.
- 2-Cam seti 134° C ısıya dayanıklı olmalıdır.
- 3-Cam seti içerisindeki cam şeffaf olup su seviyesinin gösteren seviye göstericiler olmalıdır.
- 4-Cam Seti contalı sıvı kaçırmaz yapıya sahip olmalıdır.
- 5-Cam seti cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

T1-T2 ISI SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Sensör BELİMED marka 6-6-12 model otoklav cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Sensör orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Sensör PT1000 özelliğinde olmalıdır.
- 4-Sensör en az 6(Altı) ay üretici ve yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Sensör CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.


Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

KAPI KİLİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kilit BELİMED marka WD 200 model cerrahi alet cihazına uygun olmalıdır.
- 2-Kilit orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Kilit 24 V DC ile çalışır özellikte olmalıdır.
- 4-Kilit en az 6(Altı) ay üretici ve yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Kilit CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır
- 6-Kilid cihaz orijinal üreticisi tarafından üretilen kilit olmalıdır.
- 7-Kilit cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

S211 BASINÇ ANAHTARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Anahtar BELİMED marka WD 200 model cerrahi alet yıkama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Anahtar orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Anahtar en az 6(altı) cihazın üreticisi ya da türkiye yetkilisi garantisinde olmalıdır.
- 4-Anahtar CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 5-Anahtar cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Murtalin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Otoklav Cihazı(2 Adet)			
Sterilizasyon Ünitesi	Marka : Belimed			
	Model : 6-6-12 / 6-6-18			
	Seri No:-			
	Demirbaş No:253.3.6/21/1987			
	Garantili	Bakım Sözleşmeli		
Tarih:08/01/2025	Var []	Yok [X]	Var [X]	Yok []

Arıza Özeti :Cihazlar aktif olarak çalışmamaktadır. Sürekli hataya geçmektedirler. Aktif olarak çalışabilmeleri için aşağıda belirtilen malzemelerin onarımları mümkün olmadığından yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
1 Adet T1-T2 Isı Sensörü
1 Adet Su Pompası
1 Adet Seviye Camı Seti

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Cerrahi Alet Yıkama Cihazı(2 Adet)			
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi	Marka :BELİMED			
	Model :WD 200 – WD290			
	Seri No:-			
	Demirbaş No:253.3.5/19/9493			
	Garantili	Bakım Sözleşmeli		
Tarih:08/01/2025	Var []	Yok [X]	Var [X]	Yok []

Arıza Özeti : Cihazlar çalışmamaktadır. Arızalarının onarılması için aşağıdaki parçaların yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
2 Adet S211 Basınç anahtarı
2 Adet Kapı Kilidi

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren BEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :