

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

17/01/2025

İlan No : 2025-01-208  
İstem No : 78676  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji  
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KSİLEN	600	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.\_Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## KSİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında doku takibi , deparafinizasyon aşamasında clearing ajanı olarak kullanılacaktır.
2. Dokunun mikroskop değeriendirilmesinde kesitlerin hücresele detaylarının net incelenmesine olanak verecek parlaklığı sağlaması gerekmektedir.
3. İthal olmalıdır.
4. Üretici , ürün içeriğı , kimyasal korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
5. Üretici tarafından onaylı analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.
6. Açık formülü C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> molekül ağırlığı 106,17 olmalıdır.
7. Minimum % 99 luk ve yoğunluğu 0,86 g/ml (20 C de) olmalıdır.
8. orijinal 2,5 veya 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.
9. Malzemenin bileşimindeki xylene izomeri oranı % 98,5-99,5 arasında olmalıdır.
10. İçerdiği su oranı % 0,01 -0,02 arasında olmalıdır.
11. İçerdiği Ethylenbenzene oranı maksimum % 4-5 olmalıdır.
12. Bileşimindeki Toluene oranı max.% 0,1 olmalıdır.
13. Kükürt oranı max.% 0,003 olmalıdır.
14. Gönderilen numunenin test edilebilmesi ve uygunluğunun verilebilmesi için cihazın alma kapasitesine uygun şekilde yeterli miktarda (25 lt) olması gerekmektedir.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Patoloji  
Dip. Tes. No.: 42604

Doç. Dr. Ferah TUNCEL  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Dip. Tes. No.: 10488/98575