

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

17/01/2025

İlan No : 2025-01-212  
İstem No : 78697  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası  
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

B-1A

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 24/01/2025 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ARTER-VEN SET, ERİŞKİN	2000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## ARTER-VEN SET ERİŞKİN HEMODİYALİZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AV setin kan pompasına yerleştirilen hattın çapı 6-8 mm olmalıdır. Universal set olmalı ve tüm hemodiyaliz makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Set tek kullanımlık olmalıdır.
3. Arter ucunda i.v. spike ve sirkülasyon adaptörü bulunmalıdır.
4. Arter tarafında heparin, venöz tarafında protamin hattı bulunmalıdır.
5. Arter hattı üzerinde arter yastığı bulunmalıdır..
6. Arter hattı üzerinde bir adet klemp ve infüzyon yolu olmalıdır.
7. Ven hattı üzerinde bir adet klemp ve infüzyon yolu olmalıdır.
8. Ven hattı üzerinde izolatör bulunmalı veya set sayısı kadar izolatör steril biçimde ayrı ayrı paketlenmiş olarak verilmelidir.
9. Ven tarafında drip chamber(hava haznesi) bulunmalıdır.
10. Ven drip chamber'ında pıhtı tutucu filtre olmalıdır.
- 11.Total kan seti hacmi 160ml/dk üzerinde olmamalıdır.
- 12.Setler minimum 300ml/dk kan akımı sağlamalıdır.
- 13.Arter ve ven hattı üzerinde basınç tüpü üzerinde ve yastıkta klemp bulunmalıdır
- 14.Setlerde kırılma kopma olmamalı,flexible olmalıdır.
- 15.Klempler bükülebilir, tırnak ayarlı olmalıdır ve tek hamlede kapatılmalıdır.
- 16.Bütün setler torbalı olmalıdır.Ven seti ucunda boşaltım en az 2 litre kapasiteli ve klemp olmalıdır.Torbalar asılabilir özellikte ,sıvı klempleri açıp kapatmaya dayanıklı olmalıdır.
- 17.Setler antialerjik sterilizasyon yöntemi ile veya standart sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
- 18.Teslim edilen malzemenin teslim edildiği tarihten itibaren 2 yıllık kullanım miadı olmalıdır.
19. Ven setin üzerinde bulunan ven haznesinin kan giriş ucu 2cm den fazla olmamalıdır. (Hazne içindeki kan giriş ucu)
20. Şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerindeki etikette ürün cins ve özellikleri, ürün kod numarası, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, ürünün son kullanma tarihi, gerekli uyarılar yazılmalıdır.
- 21.Ürünlerden 2 tane numune gönderilmesi gerekmektedir.

**Esra KÖSE**  
Hemodiyaliz  
Sorunlu Hemşire

**Prof. Dr. Ahmet Alper KIYKIM**  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
İç Hast. Nefroloji  
Dip. Tes. No.: 83744