

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

16/01/2025

İlan No : 2025-01-187  
İstem No : 78702  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : METAL MUAYENE MASASI ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MUAYENE MASASI, METAL	25	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

**SIRT HAREKELİ  
MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Muayene masasının şase ve metal bağlantıları paslanmaz çelikten kumlama tekniği ile pürüzsüz bir şekilde, boya kullanılmamış olarak imal edilmiş olmalıdır.
2. Muayene masası şasesi özel açıda tasarımı sayesinde yükü dengeleyici ve devrilmeyi önleyici şekilde imal edilmiş olmalıdır.
3. Muayene masasının yere basan 51 mm. +/- 5 mm. çapında paslanmaz çelikten kumlama tekniği ile pürüzsüz bir şekilde imal edilmiş ayakları olmalıdır.
4. Muayene masasının ayakları zeminin eğriliğine karşı ayarlı olmalı böylece düz oturma sağlanmalıdır. Bu ayar materyelleri darbelere dayanıklı, zemine temas ettiğinde yeri çizmeyecek özellikte derlin veya plastik malzemesinden yapılmış olmalıdır.
5. Muayene masasının döşekli yerden yüksekliği 650 mm +/-50 mm. , genişliği 650 mm. +/-50 mm. uzunluğu 1970 mm. +/-50 mm. olmalıdır.
6. Muayene masasının baş kısmı gaz piston yardımı ile 30 ° +/-10 dereceye kadar kalkabilir özellikte olmalıdır.
7. Muayene masasının yatma zeminindeki minder kalınlığı 100 mm. +/-20 mm. yüksekliğinde yüksek dansite sünger olmalı ve döşeme aksamı kolaylıkla silinebilir özellikte olmalıdır.
8. Muayene masasının ayak kısmında rulo havlu takılabilecek özel bir aparat olmalıdır.
9. Muayene masasının güvenli taşıma kapasitesi 250 kg. +/-10 kg. olmalıdır.
10. Muayene masasının 2(iki) yıl üretim hatalarına karşı garantili olmalıdır.
11. Muayene masasının 10(on) yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça ve teknik servis garantili olmalıdır.

  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DİNCER**  
Tıbbi Sorumlusu

  
Doç. Dr. Evren BEĞİRMENCI  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Koordinator

ŞARTNAMEDE İSTENİLEN MODEL SEDYEDİR.

