

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

22/01/2025

İlan No : 2025-01-241
İstem No : 78755
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hast. Pol. 1
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BARRON VAKUM PUNCH TREPAN, TEK KULLANIMLIK, 7.75MM	5	Adet					
2	BARRON VAKUM PUNCH TREPAN, TEK KULLANIMLIK, 8.5MM	2	Adet					
3	BARRON VAKUM TREPAN, TEK KULLANIMLIK, 7.5MM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1. BARRON VAKUM PUNCH TREPAN, TEK KULLANIMLIK 7.75 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünler steril paket içerisinde olacaktır.
2. Punch kornea yerleştirmek için kullanılacak ve vakumlu olacaktır. (Vakumsuz ürünler değerlendirilmeyecektir)
3. Punch , 5 ml'lik siyah contalı yaylı şırınga , silikon hortum , kornea yerleştirici içerecektir.
4. Punch çapları 7.75 mm olacaktır.
5. Özel işaretleyici klemi olmalıdır.
6. EO ile steril edilmiş olmalıdır.
7. CE Belgesi Olması Şarttır.

2. BARRON VAKUM PUNCH TREPAN, TEK KULLANIMLIK 8.5 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

8. Ürünler steril paket içerisinde olacaktır.
9. Punch kornea yerleştirmek için kullanılacak ve vakumlu olacaktır. (Vakumsuz ürünler değerlendirilmeyecektir)
10. Punch , 5 ml'lik siyah contalı yaylı şırınga , silikon hortum , kornea yerleştirici içerecektir.
11. Punch çapları 8.5 mm olacaktır.
12. Özel işaretleyici klemi olmalıdır.
13. EO ile steril edilmiş olmalıdır.
14. CE Belgesi Olması Şarttır.

3 BARRON VAKUM TREPAN, TEK KULLANIMLIK 7.5 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünler steril paket içerisinde olacaktır.
2. Trephe kornea kesisi için kullanılacak ve vakumlu olacaktır.(Vakumsuz ürünler değerlendirilmeyecektir)
3. Trephe , 5 ml'lik siyah contalı yaylı şırınga , silikon hortum , kesici içerecektir.
4. Trephe çapları 7.50 mm olacaktır.
5. Özel işaretleyici klemi olmalıdır
6. EO ile steril edilmiş olmalıdır
7. CE Belgesi Olması Şarttır.

Doç. Dr. ÖZEL ÖRSÜK
Mersin Üniversitesi Hastane
Göz Polikliniği
Dip. Tel. No: 131400

Prof. Dr. AYŞE YILMAZ
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
Dip. Tel. No: 13345