

TEKLİF İSTEME FORMU

22.01.2025

İlan No : 2025-01-298
İstem No : 78796
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : BLOK ARŞİV VE LAM ARŞİV DOLABI ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 00/00/0000 00:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	LAM ARŞİV DOLABI, ÇEKMECELİ	30	Adet					
2	BLOK ARŞİV DOLABI	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

LAM ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Dolap ölçüleri 43 X42X13 cm olmalıdır.
- 2.Dolap saç kalınlığı 0,80 mm olmalıdır.
- 3Her bir dolap 12 sürgülü çekmecedен oluşmalıdır.
- 4.Çekmeceler rahat çalışmalı , çekmece kurları , 1.5 mm kalınlığında olmalı , her bir çekmece yaysız 220 , yaylı 120 lam alabilmelidir.
- 5.Dolaplar üst üste konulunca kaymaması için özel sistem olmalı , altında baza üstünde kapağı olmalıdır.
6. Dolaplar en az 25 adet üst üste konulunca ezilme olmayacak sağlam yapıya sahip olmalıdır.
- 7.Dolaplar 180 -200 c de fırınlanmış elektrostatik toz fırın boya ile boyanmalıdır.
8. Ürün ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır ve bu belge teklifle birlikte sunulmalıdır.
- 9.Kullanılan lam boyutlarına uygun olmalıdır.


Doç. Dr. Feran TUNCEL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tel. No: 1 488 1-98575

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
E-posta: m.yaldiz@mersin.edu.tr

BLOK ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dolap çekmecelerden oluşmalıdır.
2. Bir dolap 10-12 çekmece içermelidir.
3. Bir çekmece kaset boyutlarına uygun olarak bölünmüş 12 bölmeden oluşmalıdır.
4. Bir çekmece 450-500 kaset alabilmelidir.
5. 0,8 mm kalınlığında paslanmaz saçtan yapılmalıdır.
6. Elektrostatik fırın boyalı olmalıdır.
7. Ürün ISO 9001 : 2000 kalite belgeli olmalıdır ve bu belge teklifle birlikte sunulmalıdır.
8. Ürünlerin ezik , kırık vb. hasarlı olması durumunda firma tarafından ücretsiz değişim yapılmalıdır.
9. Laboratuvarımızda kullanılan blok boyutlarına uygun olmalıdır.

Doç. Dr. Feriye TUNCEL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Din. Mes. No: 104881 98575



Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. No: 104881 98575

