

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AA

TEKLİF İSTEME FORMU

22.01.2025

İlan No : 2025-01-299
İstem No : 78896
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : SU ARITMA CİHAZI İÇİN YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test Süresi (Gün)
1	REVERS OSMOS MEMBRANI, YÜKSEK BASINÇLI, 40X40, STERİLİZASYON SU ARITMA CİHAZI İÇİN	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

RE OSMOS YÜKSEK BASINÇLI MEMBRAN ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ÖZELLİK:

1. Mersin üniversitesi hastanesi sterilizasyon ünitesi su arıtma sistemi yüksek basınçlı membran alımı. Malzemeler yüklenici firma tarafından sterilizasyon ünitesine taşınacaktır. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir.

Yüksek Basınçlı 40x40 Re Osmos Membran :

1. Alfa 440 Reverse osmosis cihazında kullanılmak üzere.
2. Membranların maksimum çalışma basıncı 35 - 40 bar dan az olmayacaktır. Membranlar yüksek basınçlı olmalıdır.
3. 40" uzunluğunda ve 4" dış çapında olmalıdır.
4. Vakumlu polietilen torba içerisinde ambalajlı olmalıdır.
5. Dört adet membran sökülecek yerine yeni Membranlar takılacak ve reverse osmosis cihazı ayarları yapılacaktır.
6. Ayar sonrası yapılan ölçüm değerleri servis formuna işlenecektir.
7. Sistem çalışır şekilde teslim edilecektir. Ayrıca ücret talep edilmeyecektir.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi