

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/01/2025

İlan No : 2025-01-343
İstem No : 78904
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

AY

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 31/01/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | SENSÖR BLOĞU, AMELİYAT MASASI İÇİN | 1 | Adet | | | | | |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SENSÖR BLOĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Blok, STERİS marka CMAX model ameliyat masasının orijinal parçası olmalıdır.
- 2-Blok, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Blok, CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.
- 4-Blok, üretici ya da yetkili firma tarafından en az 6(Altı) ay garanti kapsamında olmalıdır.


Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Tekniker



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



| | | | | |
|------------------------|---|------------------|---------|-----------|
| Arızayı Bildiren Bölüm | Cihaz : AMELİYAT MASASI | | | |
| AMELİYATHANE | Marka : STERIS | | | |
| | Model : CMAX | | | |
| | Seri No:- Demirbaş No:255.1.5/14/17882 | | | |
| | Garantili | Bakım Sözleşmeli | | |
| Tarih: 20.01.2025 | Var [] | Yok [X] | Var [] | Yok [X] |

Arıza Özeti :

Masanın fren mekanizması çalışmamaktadır. Onarımı mümkün olmadığından yenisi ile değişimi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
1 Adet Sensör Bloğu

| Teknik Servis Personeli | Birim Sorumlusu | Onay |
|--|---|--|
| Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker | Mersin Üniversitesi Hastanesi Aliettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu | Doç. Dr. Evren DEŞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör |

Açıklama :