

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2025

İlan No : 2025-02-582
İstem No : 78909
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

ES

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 20MMX30CM	3	Adet					
2	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 18MMX30CM	3	Adet					
3	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 16MMX30CM	3	Adet					
4	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 15MMX30CM	5	Adet					
5	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 14MMX30CM	3	Adet					
6	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 13MMX30CM	3	Adet					
7	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 12MMX30CM	5	Adet					
8	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 10MMX30CM	1	Adet					
9	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 10MMX20CM	2	Adet					
10	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 9MMX30CM	3	Adet					
11	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 9MMX20CM	1	Adet					
12	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 8MMX30CM	1	Adet					
13	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 8MMX20CM	2	Adet					
14	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 8MMX15CM	3	Adet					
15	KOİL, EMBOLİZAN, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN, KOMPLEKS, 7MMX20CM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

EMBOUZAN KOİL-NÖROVASKÜLER (ANINDA AYRILABİLEN)TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Micro-coiller beyin damarlarında rastlanan anevrizmaların, fistüllerin, malformasyonların veya diđer rahatsızlıkların süper selektif embolizasyonu için uygun olmalıdır.
2. Micro-coillerin gönderim telinden ayrılma yöntemi elektrik akımı ile kontrollü ayrılabilmesini sağlamalıdır.
3. Micro-coiller 0,0165” – 0,021” iç çap genişliğine sahip mikrokaterler ile uyumlu çalışabilmelidir.
4. Micro-coillerin 3D (Kompleks) ve 2D Standart Spiral (Helikal) tiplerine ve kalınlığa göre deđişebilmekle beraber 1,50 - 20mm arası çap ve 2 - 30cm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır.
5. Micro-coillerin 2D Helikal forma ek olarak 3D Kompleks formları da olmalıdır ve ayrıca nörovasküler kullanıma uygun yeterince yumuşaklıkta olup bu özelliđi sayesinde travmaya neden olmamalıdır.
6. Gönderim teli paslanmaz çelik telden yapılmış olmalıdır.
7. Ayırma işlemine başlamadan önce herhangi bir anda Micro-coiller güvenli bir şekilde geriye alınabilmeli ve tekrar sarılabilmeye olanak vermelidir.
8. Ayrılma işlemi , nörovasküler işlem güvenliği açısından kesinlikle anında olmalıdır.
9. Micro-coiller Pt-W alışımlı malzemelerden yapılmış olmalıdır.
10. Ayırma işlemi başlatılmadan önce Micro-coiller kendiliğinden ayrılmamalıdır.
11. Micro-coilleri içine alan kılıf tekrar eski niteliđine dönüştürülebilmeli ve Micro-coilleri saklama niteliđinde olmalıdır.
12. Micro-coilleri ayırmak için gerekli aparatlar her işlem için koiller i temin eden firma tarafından temin edilmelidir.
13. Micro-coiller tek kullanımlık ve kullanıma hazır steril ambalajında olmalı , ürünlerin ÜTS sisteminde kayıtları bulunmalıdır..



Prof. Dr. Ergin KARAY
MEÜ Sağlık Araştırma
Radyasyon Fizik Uzmanı
Dış. Tes. No: 84147/74348