

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

05.02.2025

İlan No : 2025-02-520
İstem No : 78910
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

AD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GUIDE WIRE, PTCA, CTO, PLT 50, 0.014", 300CM	20	Adet					
2	GUIDE WIRE, PTCA, CTO, PLT 150, 0.014", 300CM	20	Adet					
3	GUIDE WIRE, PTCA, CTO, PLT 200, 0.014", 300CM	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

0,014" Klavuz Tel Şartnamesi

- 1- Telin uç kalınlığı 0,014" olmalı, koroner balon ve koroner stent taşıyabilmeli.
- 2- 0,014 tel en az 190 veya 300 cm uzunlukta olmalı.
- 3- 0,014 telin "düz" ve "J" şeklinde uç seçenekleri olmalı.
- 4- 0,014 telin yüzeyi kayganlaştıracak ve lezyona kolay iletilebilmesini sağlayacak **HYDROCOAT, hidrofilik** kaplı olmalı.
- 5- Core (ana gövde) yapısı **DURASTEEL** materyalden yapılmış olmalı ve **Parabolik teknoloji ile uca doğru tek parça olarak inceltilmiş olmalı.**
- 6- Zorlu Lezyon geçişleri için **Polimer Tip (uç)** yapısında olmalı.
- 7- Farklı zorluktaki lezyonlarda tercih edilmek üzere en az **üç farklı sertlikte uç seçeneği olmalı. (50-150-200)**
- 8- Uç kısmının **3 cm'lik** bölümü radyopak olmalı, floroskopide belirgin şekilde görülebilmeli.
- 9- 0,014 telin üzerinde lezyon boyu ölçümüne yardımcı **altın kaplı 2 mm'lik bir marker** olmalı.

Prof. Dr. Cemal KAYA
Marmara Üniversitesi
Radyasyon Fizik Anabilim Dalı
E-mail: cemal.kaya@mmu.edu.tr

Prof. Dr. Ergin KARA
MEU Sağlık Araştırma
ve Eğitim Enstitüsü
Radyasyon Fizik Anabilim Dalı
Diyarbakir, 64147/74343