

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/01/2025

İlan No : 2025-01-340
İstem No : 78916
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 31/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BLANKET SÜNGERİ, HASTA ISITICI YATAK İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HASTA ISITMA YATAĐI TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1- Hasta ısıtma yatađı hastanemiz bünyesinde bulunan Medwarm marka cihazla tam uyumlu alıŐacak Őekilde olmalıdır.
- 2- Hasta ısıtma yatađı 50*150 cm ölçülerinde olmalıdır.
- 3- Isıtma işlemleri hasta emniyeti açısından düşük voltajla yapılmalı, yatađa gelen voltaj 24 V'u geçmemelidir.
- 4- Isıtma elementi olarak karbon-fiber kumaŐ kullanılmıŐ olmalıdır.
- 5- Hasta ısıtma yatađı oda sıcaklığında ısıtıcı ped 36-37°C sıcaklığa 8-10 (±5) dakikada ulaşabilmelidir.
- 6- Hasta ısıtma yatađının dış yüzeyi silinebilir olan su geçirmeyen hava geçiren, özel bir kumaŐla kaplanmış olmalıdır.
- 7- Hasta ısıtma yatađı için Çok kullanımlık ve tek kullanımlık kılıf mevcut olmalıdır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Klinik Sorumlusu

Doç. Dr. Evren DEĐİRMENCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Klinik Sorumlusu