

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/01/2025

İlan No : 2025-01-352
İstem No : 78960
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 31/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SERUM SETİ.	150000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SERUM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Non toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalıdır.
2. Hava girişli delme ucu bulunmalı, uca doğru incelecek konik yapıda olmalı, serum giriş yerini delebilecek özellikte olmalıdır.
3. Kapaklı hava filtresi olmalı, kapak açıldığında sıvıyı dışarı sızdırmamalı. Ayrıca set ile hazne bağlantısı veya herhangi bir bağlantı yerinden de sızdırmamalı ve ayrılmamalıdır.
4. Hava filtresinin bulunduğu yerde, setin delme ucu ile haznesi arasında uzanan sıvı akış hattında daralma olmamalı ve sıvı akış hızı olumsuz yönde etkilenmemelidir.
5. Özellikle ozmolaritesi yüksek sıvılar gönderilirken sıvı akış hattında yüksek kapiller çekime neden olmamalı ve sıvı hava filtresinden dışarı akmamalıdır.
6. Açma kapama ayarlayıcısı ile az miktarda sıvının istenen hızda verilmesine ve geniş aralıkta ayarlama yapmaya olanak sağlayan ergonomik damla ayarlayıcısı olmalıdır.
7. Açma kapama klembi parmakla kolayca kavranabilen veya makaranın istenen yöne hareketini kolaylaştırabilecek büyüklükte olmalıdır.
8. Damla ayarlayıcısı, makaralı olmalı makara sıkıştırıldıktan sonra setin makara altında kalan kısmı hareket etmemelidir.
9. Doz ayarlamaya mekanizması ileri geri hareket ettirirken makara yuvasından çıkmamalı, içine girmemeli, istenen yöne hareketini sağlayacak büyüklükte olmalıdır.
10. Haznedeki damlayan sıvı miktarı 20 dm=1 ml şeklinde olmalıdır.
11. Ucu luer veya ajutaj konnektörlü olmalıdır.
12. Hortum uzunluğu en az 1,5m olmalı ve tıkanma yapmayacak sertlikte ve hareket esnasında kıvrılıp akışı engellemeyecek özellikte olmalıdır.
13. Setin giriş kısmı intraket, stoper, ven valfi, üç yollu musluk ve santral kateter ile bağlantıya uygun olmalıdır.
14. IV giriş ucu luer lock konnektörlü olmalıdır.
15. IV serum setinin ucunda tercihen iğne ucu ya da koruyucu kapak olmalı iğne ucu veya kapak kendiliğinden istemsiz ayrılmamalıdır.
16. Setlerin puşe lastiği bombeli olmalıdır ve puşe yapıldıktan sonra sızdırma yapmamalıdır.
17. Serum haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalıdır.
18. Haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalı ve hazne damla ayarlaması yapmayı engellemeyecek şekilde 8(±3)cc hacminde olmalıdır.
19. Hava girişli delme ucu bulunmalı ve delme ucu ISO standartlarına uygun olmalıdır.
20. Hazne tabanında mayi filtresi olmalı, hazne tabanındaki mayi filtresi sıvının akışı ile birlikte yerinden kalkmamalı, sıvının akışını engellememeli, sabit kalmalıdır.
21. Setlerin iğne ucunda koruyucu kapak bulunmalıdır.
22. Ürünler steril olmalıdır ve steriliteyi bozmadan açılabilir şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır.

Hem. Sengül ÇİREKÇİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhekim Yard.

Uzm. Hemş. Fuwa YILDIRIM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhekim Yard.