



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
FİYAT ARAŞTIRMASI (ÖZEL BÜTÇE ALIMI)

MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İhale Yetkilisince, fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince aşağıda cinsi ve nev'i belirtilen malzemelerin K.D.V. Hariç bildirilmesi rica olunur.

Komisyon Başkanı
Prof Dr.Mesut TEK
Öğretim Üyesi

KONU : MEÜ HASTANESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ RAPOR ODASINDA KULLANILMAK ÜZERE 3 ADET TANISAL AMAÇLI RENKLİ MEDİKAL MONİTÖR ALIMI

TALEP NO: 79-83050

Sıra No:	SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ	ÖLÇÜSÜ	MİKTARI	BİRİM FİYATI K.D.V. HARIÇ	TOPLAM FİYAT K.D.V. HARIÇ	UBB KODU
						MARKA
1	TANISAL AMAÇLI, RENKLİ MEDİKAL MONİTÖR	ADET	3			

TESLİMAT SÜRESİ:

AD SOYAD / FİRMA KAŞE İMZA

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ (ÖZEL BÜTÇE)

<https://hastane.mersin.edu.tr/#ilanlar> İnternet adresinde yayınlanmıştır.

Ekteki şartnameye uygun olmalıdır.

!!!! MARKA VE UBB KODU YAZILMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.!!!!

KDV HARIÇ SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: 12/11/2025 17:00

MEÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ 34. CADDE MERSİN

TEL: 0 324 241 00 00 DAHİLİ: 22599

FAX: 0 324 241 00 55

ÖZEL BÜTÇE e-mail: hastane3333@gmail.com

TEKLİF VEREN FİRMA BİLGİLERİ

Vergi Numarası	
T.C. Kimlik Numarası	
Firmanın Adı	
Adresi	
Telefon ve Faks Numarası	
E-Posta	

Not: Teklif veren firma bilgileri alanının doldurulması zorunludur.

RENKLİ MEDİKAL MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanemizde radyoloji bölümü iş istasyonunda kullanılmak üzere alınacak olan renkli medikal monitör teknik şartnamesidir.

Teknik Özellikler

1. Renkli Medikal Monitör olmalıdır. DICOM Part 14 uyumlu, gri skala görüntüleme yapabilmelidir.
2. Monitör en az 21.3" (yirmibir nokta üç inç) boyutunda, titreşimsiz TFT, Renkli, LCD(IPS) özelliğinde olmalıdır.
3. Monitörün çözünürlüğü en az 1200*1600 piksel olmalıdır.
4. Kontrast oranı en az 1800:1 (binsekizyüzbir) olmalıdır.
5. Parlaklığı en az 500 cd/m2 olmalıdır.
6. Monitörlerin görüş açısı yatayda ve dikeyde en az 176 (yüz yetmiş sekiz derece) olmalıdır.
7. Monitörde DVI-D, Display Port girişleri ve Display Port çıkışı (Başka monitörlere bağlantı yapabilmek için) bulunmalıdır.
8. Piksel Aralığı en fazla 0,270*0,270 mm olmalıdır.
9. Tepkime süresi en fazla 20 ms(siyah-beyaz-siyah) olmalıdır.
10. 3 adet USB 2.0 girişi bulunmalıdır.
11. Monitörün üzerinde ekran kasasına entegre DICOM uyumluluğunu denetleyen sensör bulunacaktır. Harici sensör içeren çözümler kabul edilmeyecektir.
12. Monitörün ön panelinde ortam ışığını algılayan sensör bulunmalıdır. Bu sensör sayesinde monitör ortam ışığına göre otomatik olarak kalibre edilebilmektedir.
13. Monitörde arka ışık sensörü (Backlight) olmalıdır. bu sensör sayesinde led aydınlatma otomatik olarak ayarlanarak, ekranın her yerinde homojen aydınlatma sağlanacaktır.
14. Monitör yatay ve dikey kullanıma izin verecek yapıda olacaktır. Monitör pozisyonu değiştirildiğinde (Y-D) / (D-Y) monitör içerisinde bulunan yerçekimi sensörü sayesinde görüntü otomatik olarak (Y/D) / (D-Y) değişmelidir.
15. Monitör fabrika çıkışlı DICOM standartlarına sahip olmalı, üzerindeki dahili sensör ile otomatik DICOM kalibrasyonu yapılabilmelidir.
16. Monitör 2 yıl garantiye sahip olmalıdır.
17. Monitörler ile birlikte 3 adet en az 1 m uzunluğunda HDMI to DVI kablosu verilecektir.

Prof. Dr. Kean ESEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.D.D.
Dip. Tes. No.: 10031

Doc. Dr. Evren DEĞİRMENÇİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.D.D.
Dip. Tes. No.: 10031

Prof. Dr. Feramuz Demir APAYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.D.
Dip. Tes. No.: 10031

RENKLİ MEDİKAL MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanemizde radyoloji bölümü iş istasyonunda kullanılmak üzere alınacak olan renkli medikal monitör teknik şartnamesidir.

Teknik Özellikler

1. Renkli Medikal Monitör olmalıdır. DICOM Part 14 uyumlu, gri skala görüntüleme yapabilmelidir.
2. Monitör en az 21.3'' (yirmibir nokta üç inç) boyutunda, titreşimsiz TFT, Renkli, LCD(IPS) özelliğinde olmalıdır.
3. Monitörün çözünürlüğü en az 1200*1600 piksel olmalıdır.
4. Kontrast oranı en az 1800:1 (binsekizyüzbir) olmalıdır.
5. Parlaklığı en az 500 cd/m2 olmalıdır.
6. Monitörlerin görüş açısı yatayda ve dikeyde en az 176 (yüz yetmiş sekiz derece) olmalıdır.
7. Monitörde DVI-D, Display Port girişleri ve Display Port çıkışı (Başka monitörlere bağlantı yapabilmek için) bulunmalıdır.
8. Piksel Aralığı en fazla 0,270*0,270 mm olmalıdır.
9. Tepkime süresi en fazla 20 ms(siyah-beyaz-siyah) olmalıdır.
10. 3 adet USB 2.0 girişi bulunmalıdır.
11. Monitörün üzerinde ekran kasasına entegre DICOM uyumluluğunu denetleyen sensör bulunacaktır. Harici sensör içeren çözümler kabul edilmeyecektir.
12. Monitörün ön panelinde ortam ışığını algılayan sensör bulunmalıdır. Bu sensör sayesinde monitör ortam ışığına göre otomatik olarak kalibre edilebilmektedir.
13. Monitörde arka ışık sensörü (Backlight) olmalıdır. bu sensör sayesinde led aydınlatma otomatik olarak ayarlanarak, ekranın her yerinde homojen aydınlatma sağlanacaktır.
14. Monitör yatay ve dikey kullanıma izin verecek yapıda olacaktır. Monitör pozisyonu değiştirildiğinde (Y-D) / (D-Y) monitör içerisinde bulunan yerçekimi sensörü sayesinde görüntü otomatik olarak (Y/D) / (D-Y) değişmelidir.
15. Monitör fabrika çıkışlı DICOM standartlarına sahip olmalı, üzerindeki dahili sensör ile otomatik DICOM kalibrasyonu yapılabilmelidir.
16. Monitör 2 yıl garantiye sahip olmalıdır.
17. Monitörler ile birlikte 3 adet en az 1 m uzunluğunda HDMI to DVI kablosu verilecektir.

Prof. Dr. Kadir ESEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 104734

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 10031

Prof. Dr. Feramuz Demir APAYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 10031