

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2025

AE

İlan No : 2025-02-587
İstem No : 79014
Alım No :
Talep Eden Birim : Periodontoloji / Periodontoloji
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/02/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|----------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | TABLET, PLAK BOYAYICI AJAN | 10 | Kutu | | | | | |
| 2 | AİR FLOW TOZU | 1 | Kg | | | | | |
| 3 | KAVİTRON TORK ANAHTARI | 15 | Adet | | | | | |

İLGİLİ FİRMALARA,

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22595

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TABLET, PLAK BOYAYICI AJAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tablet şeklinde olmalıdır.
2. Kolayca çiğnenebilmelidir.
3. Kırmızı olmalıdır.
4. Tükürük ile temas ettiğinde eriyebilmelidir.
5. Bakteri plağı ile kaplı diş bölgelerini boyayabilmeli ve net olarak gösterebilmelidir.
6. Bazik fuksin yapısında olmalıdır.
7. Kullanan kişi için toksik özellikler taşımamalıdır.

AİR FLOW TOZU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dental kullanım amaçlı olmalıdır.
2. Sodyum bikarbonat esaslı olup; partikül boyutları 40 mikron ile 65 mikron arası olmalıdır.
3. Air flow cihazında kullanımına uygun olmalıdır.
4. Hassasiyet önleyici özelliği bulunmalıdır

KAVİTRON TORK ANAHTARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 134 C yüksek sıcaklık ve basınç altında otoklavlanabilir olmalıdır.
2. Alet dezenfektanları uygulandığında deformasyon/korozyona uğramamalıdır.
3. En az iki (2) yıl garantili olmalıdır.


Dr. Dr. Mustafa ERGURKAVUNDUK
Fersis Hastanesi
Diyadinin No.: 32612


Dr. Dr. Mustafa ERGURKAVUNDUK
Fersis Hastanesi
Diyadinin No.: 32612