

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/02/2025

İlan No : 2025-02-486  
İstem No : 79016  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

AYS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                       | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Test Süresi (Gün) |
|------|--|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|-------------------|
| 1    | HAVA YOLU BAŞLIĞI SETİ, ODYOMETRİ CİHAZI İÇİN            | 1      | Adet  |             |              |       |          |                   |
| 2    | KEMİK YOLU BAŞLIĞI SETİ, ODYOMETRİ CİHAZI İÇİN           | 1      | Adet  |             |              |       |          |                   |
| 3    | DD450 YÜKSEK FREKANS BAŞLIĞI SETİ, ODYOMETRİ CİHAZI İÇİN | 1      | Adet  |             |              |       |          |                   |
| 4    | MİKROFON, ODYOMETRİ CİHAZI İÇİN                          | 1      | Adet  |             |              |       |          |                   |
| 5    | BAĞLANTI KABLOSU, ODYOMETRİ CİHAZI İÇİN                  | 7      | Adet  |             |              |       |          |                   |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



|   |                               |                  |         |           |
|---|-------------------------------|------------------|---------|-----------|
| Arızayı Bildiren Bölüm                        | Cihaz : Odyometri Cihazı      |                  |         |           |
| Kulak Burun Ve Boğaz Hastalıkları Polikliniği | Marka : Interacoustics        |                  |         |           |
|   | Model : AC 40                 |                  |         |           |
|   | Seri No: 922538               |                  |         |           |
|   | Demirbaş No: 253.3.5/14/23113 |                  |         |           |
|   | Garantili                     | Bakım Sözleşmeli |         |           |
| Tarih: 23/01/2025                             | Var [ ]                       | Yok [ X ]        | Var [ ] | Yok [ X ] |

Arıza Özeti : İşitme ölçümü yapılan cihaz çalışmamaktadır. Yapılan kontrollerinde daha önceden tamir ettiğimiz ekipmanlarının arızalı olduğu tespit edilmiştir. Ekipmanlarının onarımının artık mümkün olmadığından yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

- 1 Adet Havayolu başlığı seti
- 1 Adet Kemik yolu başlığı
- 1 Adet DD450 Yüksek frekans başlığı seti
- 1 Adet Talkback mikrofonu
- 7 Adet Bağlantı kablosu

| Teknik Servis Personeli  | Birim Sorumlusu   | Onay   |
|--|---|--|
| <br>Selman ÖCAL<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Biyomedikal Tekniker | <br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Nurettin DİNCER<br>Biyomedikal Sorumlusu | <br>Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Kordinatör |

|            |  |
|------------|--|
| Açıklama : |  |
|------------|--|

### HAVAYOLU BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1-Başlık İnteracoustic marka AC 40 model odyometri cihazının orijinal başlığı olmalıdır.
- 2-Başlık CE(güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 3-Başlık orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 4-Başlık 6(altı) üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Başlık cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.
- 6-Başlık kulak çevresine tam oturmalı ve kaçak olmayacak şekilde mekanizmaya sahip olmalıdır.

### KEMİK YOLU BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Başlık İnteracoustic marka AC 40 model odyometri cihazının orijinal başlığı olmalıdır.
- 2-Başlık CE(güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 3-Başlık orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 4-Başlık 6(altı) üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Başlık cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.
- 6-Başlık mastoid kemiğinden ölçüm alabilme yapmalıdır.

### DD450 YÜKSEK FREKANS BAŞLIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Başlık İnteracoustic marka AC 40 model odyometri cihazının orijinal başlığı olmalıdır.
- 2-Başlık CE(güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 3-Başlık orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 4-Başlık 6(altı) üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Başlık cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.
- 6-Başlık 8-20000 Hz frekans aralığında ölçüm yapmaya imkan sağlamalıdır.

  
**Selman ÜCAL**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DİNCER**  
Biyomedikal Sorumlusu

#### TALKBACK MİKROFONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Mikrofon İnteracoustic marka AC 40 model odyometri cihazının orijinal başlığı olmalıdır.
- 2-Mikrofon CE(güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 3-Mikrofon orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 4-Mikrofon 6(altı) üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Mikrofon cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.
- 6-Mikrofon cihaza sök tak özellikte olmalıdır.

#### BAĞLANTI KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablo İnteracoustic marka AC 40 model odyometri cihazının orijinal başlığı olmalıdır.
- 2-Kablo CE(güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 3-Kablo orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 4-Kablo 6(altı) üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 5-Kablo cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.

  
**Selman ÖCAL**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DİNCER**  
Biyomedikal Sorumlusu