

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

04/02/2025

İlan No : 2025-02-446  
İstem No : 79030  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AY

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BÖBREK KÜVETİ, DİSPOSABLE	100000	Adet					
2	KAP, GAİTA	5000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
**HASTANE MÜDÜR YRD.**

## **BÖBREK KÜVETİ, DISPOSABLE TEKNİK ŞARTNAMESİ**


1. Kenarları ve yüzeyi pürüzsüz, leke tutmayan, tıbbi PVC'den (poliüretan hammadde) yapılmış olmalıdır.
2. Ergonomik olarak tasarlanmış, cilde temas ettiğinde hasar vermeyecek nitelikte ve biçimde olmalıdır.
3. Şekli sembolik böbrek şeklinde olmalıdır.
4. En az 600 cc sıvıyı alabilecek genişlikte olmalı ve içindeki ağırlığı taşıyabilecek kalitede olmalı, içi dolu iken elle tutulduğunda eğilip bükülmemelidir.
5. En az 50'lik en çok 100'lük paketler halinde olmalıdır
6. Ürün TSEK belgeli olmalıdır.
7. Tek kullanımlık olmalıdır.
8. Dört saate kadar insansal atığı sızdırmamalıdır. Atık renginin seçilebilmesi için ürün rengi beyaz olmalıdır.
9. Uzunluğu 250 ( $\pm 10$ ) mm olmalıdır.
10. Genişliği 136 ( $\pm 10$ ) mm olmalıdır.
11. Yüksekliği 45 ( $\pm 10$ ) mm olmalıdır.


**Dr. Abdullah AVCI**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başhemşire Yardımcısı

**Heri Songül ZORBÜZ**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başhemşire Yard

## KAP, GAİTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaliteli plastik bir malzemedен olmalıdır.
2. Kapağı kolay açılır olmamalıdır.
3. Kapağı kapatılınca içindeki materyal çarpma, düşme gibi durumlarda dökülmemelidir.
4. İçindeki materyali göstermeyen renk ve dokuda olmalıdır

  
Görsel Ürün Kalitesi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Dip. No: 614

  
Tıbbi Mikrobiyoloji Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Dip. No: 614