

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/02/2025

İlan No : 2025-02-461
İstem No : 79033
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, JUGULAR, 11-12.5FR, 15-25CM	100	Adet					
2	KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, FEMORAL, 11-12.5FR, 15-25CM	300	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22595

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, JUGULAR, 11-12.5FR, 15-25CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz veya aferez tedavi işlemleri için kısa süreli damar yolu sağlamak amacı ile subclavian ve internal juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
2. Femoral kateterin gövdesi poliüretandan imal edilmiş radyoopak ve ısıya duyarlı olmalıdır. Kateter gövdesi damar içinde yumuşamalı ve uç kısmı damara zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.. Kateter bağlantı boruları femoral için düz olmalıdır.
3. Kateter çapı 11-12.5 Fr uzunluğu 15-25 Cm olmalıdır.
4. Kateter üzerinde **cm çizgileri** mutlaka bulunmalıdır.
5. İki lümenli juguler kateter orijinal şekilde lümenlerden kıvrık (M) şeklinde olmalıdır
6. Kateterin damar dışında kalan bölümü 12GA distal ve 12GA proximal olmak üzere iki kısma ayrılmalıdır
7. Kateter lümenleri kateterin priming hacimleri uzatmalar üzerinde belirtilmelidir.
8. Kateter seti aşağıdaki parçalardan olmalıdır:
 - a. 1 (Bir) adet enjeksiyon başlıklı Poliüretan Radyoopak kateter.
 - b. 1 (Bir) adet 0,38" x 60 cm Nitinol Guide Wire
 - c. 1 (Bir) adet vessel dilatörü
 - d. 1 (Bir) adet intraducer needle
 - e. Yara örtüsü
9. Kateterin arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp olmalıdır.
10. Kateter görülebilir ambalajda olmalıdır.

KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, FEMORAL, 11-12.5FR, 15-25CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemodiyaliz veya aferez tedavi işlemleri için kısa süreli damar yolu sağlamak amacı ile subclavian ve femoral vene uygulanabilir olmalı.
2. Femoral kateterin gövdesi poliüretandan imal edilmiş radyoopak ve ısıya duyarlı olmalıdır. Kateter gövdesi damar içinde yumuşamalı ve uç kısmı damara zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Kateter bağlantı boruları femoral için düz olmalıdır.
3. Kateter çapı 11-12.5 Fr uzunluğu 15-25 cm olmalıdır.
4. Kateter üzerinde **cm çizgileri** mutlaka bulunmalıdır.
5. Nitinol Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0.038" çapında, 60 cm olmalı ve uzunluk işaretleri bulunmalıdır.
6. Kateterin damar dışında kalan bölümü 12GA distal ve 12GA proximal olmak üzere iki kısma ayrılmalıdır.
7. Kateter lümenleri kateterin priming hacimleri uzatmalar üzerinde belirtilmelidir.
8. Kateter seti aşağıdaki parçalardan olmalıdır:
 - a. 1 (Bir) adet 11-12.5 F enjeksiyon başlıklı Poliüretan Radyoopak kateter.
 - b. 1 (Bir) adet 0,038" x 60 cm Nitinol Guide Wire
 - c. 1 (Bir) adet bistüri
 - d. 1 (Bir) adet vessel dilatörü
 - e. 1 (Bir) adet intraducer needle
 - f. 2 (İki) adet Heparin Kilit
9. Kateterin arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp olmalıdır.
10. Kateter görülebilir ambalajda olmalıdır.

Dr. C. AKIN KARKAÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Acil Servis
Dip. Sic. No: 155377

Öğrt. Uzm. Dr. Çağrı Sefa BUYURGAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Acil Tıp Anabilim Dalı
Dip. Sic. No: 162674