

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

04/02/2025

İlan No : 2025-02-444  
İstem No : 79054  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AY

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 17:00:00**

| S.No | Malzeme Açıklaması   | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|--|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | BIÇAK, TRICUT, TRAŞLAYICI, 4MM                                     | 30     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | BIÇAK, BURUN, TRAŞLAYICI, EĞRİ, 12 RADYAN, 4MM                     | 15     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 3    | BIÇAK, BURUN, TRAŞLAYICI, EĞRİ, 40 RADYAN, 4MM                     | 15     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 4    | BIÇAK, ADENOİDEKTOMİ, PEDIATRİK, 4.0MMX11CM                        | 10     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 5    | BIÇAK, SİNÜS, TRAŞLAYICI, EĞRİ, 60 RADYAN, 4MM                     | 10     | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 6    | BURR, BURUN, FRONTAL SİNÜSOTOMİ, ELMAS, KONİK, 4MMX13CM            | 5      | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 7    | BURR, BURUN, KAFA TABANI CERRAHİSİ, YÜKSEK HIZLI, EĞRİ, 3.2MMX15CM | 5      | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: [hastanesatinalma@mersin.edu.tr](mailto:hastanesatinalma@mersin.edu.tr)

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
**HAŞTANE MÜDÜR YRD.**

S 01633

**TRICUT BLADE**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ 18-84004 (30 ADET)**

- 1- Sert olmayan kemik,doku uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Güçlendirilmiş doku traşlaması, içi dişli, uç dış kısmı atravmatik dişli, makas tipi kesim, kemiksi dokuların tıraşlanmasında etkili dişler, yumuşak doku ve kemiksi uygulamalar, dış kısım ile dokuyu tutup iç kısımda kesebilme özelliği ile dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Proximal uçta irrigation bağlantısı olmalıdır.
- 4- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalıdır.
- 5- Çapı 4 mm uzunluğu 11 cm 2000-5000 RPM hızında kesim için kullanılabilir olmalıdır.
- 6- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.
- 7- Irrigation tubing ile birlikte paketlenmiş, 5 adetlik kutularda olmalıdır.

S 01603

**RAD 12 CURVED BLADE**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ 18-84012 (15 ADET)**

- 1- Kuvvetli 12 derece eğimli uç ile unsinektomi ve etmoidektomi vakalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Güçlendirilmiş doku traşlaması, içi dişli, uç dış kısmı atravmatik dişli, makas tipi kesim, kemiksi dokuların tıraşlanmasında etkili dişler, yumuşak doku ve kemiksi uygulamalar, dış kısım ile dokuyu tutup iç kısımda kesebilme özelliği ile dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalıdır.
- 4- Çapı 4 mm uzunluğu 11 cm, 12 derece eğimli 3000-5000 RPM hızında kesim için kullanılabilir olmalıdır.
- 5- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.

S 01604

**RAD 40 CURVED BLADE**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ 18-84006 (15 ADET)**

- 1- Kuvvetli 40 derece eğimli uç ile frontal recess ve maxillary sinüs cerrahisinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Güçlendirilmiş doku traşlaması, içi dişli, uç dış kısmı atravmatik dişli, makas tipi kesim, kemiksi dokuların tıraşlanmasında etkili dişler, yumuşak doku ve kemiksi uygulamalar, dış kısım ile dokuyu tutup iç kısımda kesebilme özelliği ile dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalıdır.
- 4- Çapı 4 mm uzunluğu 11 cm, 40 derece eğimli 3000-5000 RPM hızında kesim için kullanılabilir olmalıdır.
- 5- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.

  
Dr. Öğrt. Üye. Kemal Koray BAL  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz  
Dip. Tes. No.: 165528

  
Prof. Dr. Kemal GÖR  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz A  
Dip. Tes. No.: 165528

**RADENOİD PEDIATRİK BLADE**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ 18-84008 (10 ADET)**

541656

- 1- 40 derece eğimli dizaynı sayesinde adenoidektomi ameliyatlarında rahatlıkla kullanılabilir.
- 2- Proksimal uçta irrigasyon bağlantısı olmalıdır.
- 3- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalıdır.
- 4- Çapı 4.0 mm, uzunluğu 1cm olmalıdır.
- 5- 1500 rpm hızda opresyon sırasında kesim için kullanılabilir olmalıdır.
- 6- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.
- 7- 5 adetlik kutularda olmalıdır.

**RAD 60 X-TREME CURVED BLADE**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ 18-84016 (10 ADET)**

536651

- 1- Kuvvetli 60 derece eğimli uç ile frontal recess ve maxillary sinüs cerahisinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Güçlendirilmiş doku traşlaması, içi dişli, uç dış kısmı atravmatik dişli, makas tipi kesim, kemiksi dokuların tıraşlanmasında etkili dişler, yumuşak doku ve kemiksi uygulamalar, dış kısım dokuyu tutup iç kısımda kesebilme özelliği ile dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3- Powered ana konsol handpiece ile adaptasyonu olmalıdır.
- 4- Çapı 4 mm uzunluğu 11 cm, 60 derece eğimli 3000-5000 RPM hızında kesim için kullanılabilir olmalıdır.
- 5- Steril, tek kullanımlık olmalıdır.

**TAPERED DIAMOND BUR, 18-83672HS (5 ADET)**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

541660

- 1- Şaftı 70 derece eğimli olmalıdır
- 2- Elmas bur olmalıdır.
- 1- Çapı 4mm olmalıdır.
- 2- Uzunluğu 13cm olmalıdır.
- 3- Bur'un ucunda aspirasyon açıklığı olmalıdır.
- 4- Frontal sinüsotomi için kullanıma uygun olmalıdır.
- 5- Önerilen operasyon hızı 12.000 RPM'den az olmalıdır.
- 6- Önerilen dönüş yönü: ileri yön olmalıdır.
- 7- Steril tekli paketlerde 3 adetlik kutularda olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üye, Kemal Koray EAL  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz  
Dip. Tes. No.: 165528

Prof. Dr. Kemal GÖRÜR  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz A.D.  
Dip. Tes. No.: 51622

**HİGH SPEED CURVED CUTTING BUR 1884077HSE (5 ADET)  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Çapı 3.2 mm olmalıdır
- 2- 40 derece eğimli olmalıdır.
- 3- Uzunluğu 15 cm olmalıdır.
- 4- Kafa tabanı cerrahisinde kullanılabilir olmalıdır.
- 5- Operasyon hızı 12.000 RPM olmalıdır.
- 6- Steril, tek kullanımlık olmalıdır

S 41662

Dr. Öğrt. Üyesi Kemal Koray BAL  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz  
Dip. Tes. No.: 165528

Prof. Dr. Kemal GÖRÜR  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz A.D.  
Dip. Tes. No.: 165528