

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/02/2025

İlan No : 2025-02-465
İstem No : 79056
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis
Konu : SARF MALZEME ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	OPTİK, ENDOSKOPIK, 2.7MMX175MM, 45°	2	Adet					
2	OPTİK, ENDOSKOPIK, 4.0MM, 70°	2	Adet					
3	OPTİK, ENDOSKOPIK, 2.7MMX110MM, 0°	1	Adet					
4	OPTİK, ENDOSKOPIK, 2.7MMX175MM, 0°	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin **kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,**
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.


Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

39685

2,7 mm 0 DERECE OPTİK TEKNİKŞARTNAMESİ

- 1-Optik 0derece 2,7 mm çapında 175MM boyunda olmalıdır
- 2-Optiklerde fiber ışık taşıyıcı sistemi olmalıdır.
- 3-Optikler rod lens tekniği ile üretilmiş olmalıdır.
- 4-Optik pediatrik muayenelere uygun olmalıdır.
- 5- Optik solüsyon ile steril edilmelidir


Dr. Öğrt. Üye. Kemal Koray BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No.: 165528


Prof. Dr. Kemal GÖRÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.D.
Dip. Tes. No.: 51688

41909
37004-70-4-

2.7 mm 45 DERECE OPTİK TEKNİKŞARTNAMESİ

- 1-Optik 45 derece 2.7 çapında 175 mm boyunda olmalıdır
- 2-Optiklerde fiber ışık taşıyıcı sistemi olmalıdır.
- 3-Optikler rod lens tekniği ile üretilmiş olmalıdır.
- 4- Optik solüsyon ile steril edilmelidir


Dr. Öğrt. Üye. Kemal Koray BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No.: 165528



Prof. Dr. Kemal GÖRÜR
Mersin Üniversitesi Hastane. I
Kulak Burun Boğaz A.D.
Dip. Tes. No.: 53699

37007

2,7 mm 0 DERECE OPT.K TEKN.K.ARTNAMES.

- 1-Optik Oderece 2,7 mm apında 11cm boyunda olmalıdır
- 2-Optiklerde fiber ıık taıyııcı sistemi olmalıdır.
- 3-Optikler rod lens tekni-i ile üretilmi- olmalıdır.
- 4-Optik pediatrik muayenelere uygun olmalıdır.
- 5- Optik solüsyon ile steril edilmelidir


Dr. Öğt. Üye. Kemal Koray BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No.: 165528


Prof. Dr. Kemal GÖRÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.D.
Dip. Tes. No.: 51090

4 mm 70 DERECE OPTİK TEKNİKŞARTNAMESİ

1-Optik 70 derece 4,0 mm çapında 175 mm boyunda olmalıdır

2-Optiklerde fiber ışık taşıyıcı sistemi olmalıdır.

3-Optikler rod lens tekniği ile üretilmiş olmalıdır.

4- Optik solüsyon ile steril edilmelidir


Dr. Öğrt. Üye. Kemal Koray BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No: 165528


Prof. Dr. Kemal GÖRÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.D.
Dip. Tes. No: 51000