

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AA

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2025

İlan No : 2025-02-618
İstem No : 79064
Alım No :
Talep Eden Birim : Restoratif Diş Tedavisi / Restoratif Diş Tedavisi
Konu : TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/02/2025 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	AUTOMATRIX TAŞIYICI	20	Adet					
2	OTOMATRİS BAND, MAVİ, DENTAL	60	Kutu					
3	OTOMATRİS BAND, YEŞİL, DENTAL	60	Kutu					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdır
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1. AUTOMATRİKS TAŞIYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Matriks bantı taşıyıcısı orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Matriks bantı taşıyıcısı üzerindeki silindirik kısım matriksi tek elle sıkma ve gevşetmeye, ileri ve geri hareket ettirmeye uygun olmalıdır.
3. Matriks bantı taşıyıcı aparatın uç kısmında matris bantlarını sıkma ve gevşetmeye yarayan bir adet yivli döner uç olmalıdır.
4. Metal ve şeffaf olmak üzere iki farklı matriks seçeneğinin kullanımına imkan sağlamalıdır.

2-3. OTOMATRİS BAND, MAVİ-YEŞİL DENTAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Matris bantlarının iç yüzeyi anatomik olarak şekillendirilmiş olmalıdır.
2. Ağız içine yerleştirildiğinde matris bantı taşıyıcısı ağızda kalmamalıdır.
3. Kutu içerisinde en fazla 50'şer adet bant olmalıdır.
4. Metal bantlar paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
5. Farklı boyutlarda ve kalınlıklarda olan bantlar idare tarafından seçilebilmelidir.
6. Matriks bantı taşıyıcısı tek elle sıkmaya ve gevşetme yapmaya uygun olmalıdır.
7. Ağız içine yerleştirildiğinde matriks bantı taşıyıcısı ağızda kalmamalıdır.
8. Ağıza yerleştirilmesi ve ağızdan çıkartılması aynı aparat tarafından yapılabilirdir.
9. Yüksekliği 5mm ile 6.3 mm. arasında olmalıdır.
10. Kalınlığı 0.03-0.038 arasında olmalıdır.
11. Kerr süper lock matriks uygulama tabancası ile uyumlu olmalıdır.
12. Kutu içinde 50 adet kullanıma hazır metal matrix olmalıdır.
13. 6,3 mm ve 5mm yüksekliğinde iki seçenek halinde olmalıdır.
14. Cihaz CE sertifikasına sahip olmalıdır.
15. Uygulama tabancaları için 2 yıl garanti verilebilmelidir.

Prof. Dr. Feri ATIL
Dekan

MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi A.D.
Doç. Dr. Ayşe Tuğba ARTUNK AVUNDUK
Dip. Teş. No: 32112