

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/02/2025

İlan No : 2025-02-447
İstem No : 79066
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Hastalıkları / Göğüs Hastalıkları Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EBUS İÇİN ASPIRASYON İĞNE SETİ, MAVİ, 22G	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1.FUJİFİLM EBUS SİSTEMİ İLE UYUMLU 22G TBNA BİYOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyopsi iğnesi Fujifilm sistemi ile kullanılabilir olmalıdır. Ayrıca iğne için teklif veren firmalar ünitelerde kullanılan mevcut ebus sisteminin üreticisi tarafından onaylanmış uygunluk belgesine sahip olmalıdır ve firmalar tekliflerini bu belge ile birlikte vermelidir.
2. Biyopsi iğnesi paketinde bir adet adaptör bulunmalıdır.
3. Biyopsi iğnesi TBNA amaçlı olmalıdır. Bu şekilde biyopsi örnekleri rahatlıkla alınabilmelidir.
4. Biyopsi iğnesinin çapı 22G olmalıdır.
5. Biyopsi iğnesi en az 2 mm lik çalışma kanalında sorunsuzca çalışabilmelidir.
6. Biyopsi iğnesinin kılıfı mavi renkli olmalı ve kılıf çapı 1,37mm/4.1 Fr olmalıdır.
7. Biyopsi iğnesinin, iğne ayarlama kısmı 0 ile 5 cm arasında ayarlanabilmeli ve yan kısımda bulunan kilit sistemi kullanılarak sabitlenebilmelidir.
8. Biyopsi iğnesinin, kılıf ayarlama kısmı 0 ile 3 cm arasında ayarlanabilmeli ve yan kısımda bulunan kilit sistemi kullanılarak sabitlenebilmelidir.
9. Biyopsi iğnesi, kanal içerisinde esnekliğini arttıracak yapıda olmalıdır.
10. Biyopsi iğnesi paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
11. Biyopsi iğnesi 10 ml negatif vakum amaçlı şırınga içermelidir.
12. Biyopsi iğnesi steril olmalıdır.
13. Biyopsi iğnesin CE belgesi olmalıdır.
14. Biyopsi iğnesi tek kullanımlık olmalıdır.

Prof. Dr. Cengiz ÖZGE
Mersin Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Genel Hastalıklar
Mersin Dahi Başkanlığı
Dip. Tes. No: 841123-55259

Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Dip. Tes. No.: 841123-55259