

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AA

05.02.2025

İlan No : 2025-02-518
İstem No : 79068
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis
Konu : SARF MALZEME ALIMLI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 0.6MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
2	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 1MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
3	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 2.1MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
4	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 3.1MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
5	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 4.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
6	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 5.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
7	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 6.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
8	KBB TUR UCU, KESİCİ, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 7.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
9	KBB TUR UCU, KESİCİ, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 1MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
10	KBB TUR UCU, KESİCİ, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 1.5MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
11	KBB TUR UCU, KESİCİ, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 2.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
12	KBB TUR UCU, KESİCİ, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 3.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
13	KBB TUR UCU, KESİCİ, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 4.0MM ÇAP, 64MM-79MM UZUNLUK	10	Adet					
14	KBB TUR UCU, ELMAS, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 0.8MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
15	KBB TUR UCU, ELMAS, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 2.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
16	KBB TUR UCU, ELMAS, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 4.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
17	KBB TUR UCU, ELMAS, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 1.5MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
18	KBB TUR UCU, ELMAS, AÇILI, PASLANMAZ ÇELİK, 3.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
19	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 0.6MM ÇAP, 64MM-78MM	10	Adet					

UZUNLUK

20	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 1.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
21	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 2.1MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
22	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 3.1MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
23	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 4.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
24	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 5.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
25	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 6.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					
26	KBB TUR UCU, ELMAS, DÜZ, PASLANMAZ ÇELİK, 7.0MM ÇAP, 64MM-78MM UZUNLUK	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr


Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ELMAS TUR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Elmas malzemenen üretilmiş olmalıdır.
- 2- Tur uçlarının uzunluğu 70 mm, olmalıdır.
- 3- Çapları 0.6 mm , 1.0 mm , 2.1 mm , 3.1 mm , 4.0 mm , 5.0 mm, 6.0 mm ,7.0 mm olmalıdır .
- 4- Tur uçlarının her biri özel paketlerde olmalıdır.
- 5- Paketlerin üzerinde etiket olmalı ve etiketlerde etiket numarası, ürün markası ve ürünün kafa çapı ölçüleri yazılı olmalıdır.
- 6- Tur uçlarının gövdesi üzerinde marka ve kafa çapı ölçüsü yazmalıdır.
- 7- CE Belgesi olmalıdır.
- 8- Kliğinimizdeki cihaza uyumlu olmalıdır .



Dr. Öğrt. Üye. Kemal Koray-BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No.: 165528


0.6	41910
1.0 mm.	41686
2.1	41911
3.1	41912
4.0	41692
5.0	41693
6.0	41694
7.0	41695


Prof. Dr. Kemal GÖRÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.D.
Dip. Tes. No.: 165528

PASLANMAZ ÇELİK TUR UCU ŞARTNAMESİ

- 1- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- 2- Tur uçlarının uzunluğu 70 mm, olmalıdır.
- 3- Çapları 0.6 mm , 1.0 mm , 2.1 mm , 3.1 mm , 4.0 mm , 5.0 mm, 6.0 mm ,7.0 mm olmalıdır .
- 4- Tur uçlarının her biri özel paketlerde olmalıdır.
- 5- Paketlerin üzerinde etiket olmalı ve etiketlerde etiket numarası, ürün markası ve ürünün kafa çapı ölçüleri yazılı olmalıdır.
- 6- Tur uçlarının gövdesi üzerinde marka ve kafa çapı ölçüsü yazmalıdır.
- 7- CE Belgesi olmalıdır.
- 8- Klişinimizdeki cihaza uyumlu olmalıdır


Dr. Öğrt. Üye. Kemal Koray BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No.: 165528


Prof. Dr. Kemal GÖRÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.D.
Dip. Tes. No.: 51677

0.6	41916
1.0	41674
2.1	41915
3.1	41914
4.0	41682
5.0	41683
6.0	41684
7.0	41913

KESİCİ TUR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ (AÇILI)

- 7- Hastanemizde bulunan MR8 Tur motoru Handpiece'ile'ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. Proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn edilmiş olmalıdır. 1mm 41697
- 8- Yuvarlak kesici burların özellikleri: Şaftı naylon sarılı ve sabit olmalı, sadece uç kısmı dönebilmelidir. Böylelikle hassas dokulara zarar vermemelidir. Bu naylon sarmal sıvı emebilmeli ve tur ucunu soğutabilmelidir. 1.5mm 41698
- 9- Yuvarlak, uzun kesici bur olup paslanmaz çelik etrafı Titanium Nitride ile kaplanmış olmalıdır. 2mm 41699
- 10- Otolojik cerrahilerde 75.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları etkilenmemelidir. 3mm 41700
- 11- Baş çapları 1-1.5-2-3-4mm, uzunlukları ise 64 ile 79mm arasında olmalıdır. Hangi tip ucun seçileceğine klinik karar verecektir. 4mm 41701
- 12- Paket içinde uç rahatlıkla görülecek şekilde ön yüzü şeffaf, arka yüzü firma bilgilerinin yazılı olduğu tek ambalajda bulunmalıdır. Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı yazılı olmalıdır.
- 13- Steril 1 adetlik kutularda olup, barkodu, markası, katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı son kullanım tarihleri kutular üzerinde yazılı olmalıdır.
- 14- Kutu içinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.
- 15- Bu özel handpiece Stapes tabanını delmede, akustik nöromada, kohlear implantasyonda rahatlıkla kullanılabilir ve ince yapısı sayesinde görüş açısını kapatmamalıdır.


ELMAS TUR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ(AÇILI)

- 7- Hastanemizde bulunan MR8 Tur motoru Handpiece'ile'ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır. Proksimal kısımda kilit sistemine uygun dizayn edilmiş olmalıdır. 0.8mm 41702
- 8- Yuvarlak kesici burların özellikleri: Şaftı naylon sarılı ve sabit olmalı, sadece uç kısmı dönebilmelidir. Böylelikle hassas dokulara zarar vermemelidir. Bu naylon sarmal sıvı emebilmeli ve tur ucunu soğutabilmelidir. 1mm 41703
- 9- Yuvarlak, uzun elmas bur olup paslanmaz çelik etrafı Titanium Nitride ile kaplanmış olmalıdır. 1.5mm 41704
- 10- Otolojik cerrahilerde 75.000 RPM hızında bile kullanım fonksiyonları etkilenmemelidir. 2mm 41705
- 11- Baş çapları 0.8-1-1.5-2-3-4-mm, uzunlukları ise 64 ile 78mm arasında olmalıdır. Hangi tip ucun seçileceğine klinik karar verecektir. 3mm 41706
- 12- Paket içinde uç rahatlıkla görülecek şekilde ön yüzü şeffaf, arka yüzü firma bilgilerinin yazılı olduğu tek ambalajda bulunmalıdır. Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı yazılı olmalıdır. 4mm 41707
- 13- Steril 1 adetlik kutularda olup, barkodu, markası, katalog numarası, malzeme adı, ürünün resmi ve baş çapı, LOT numarası, CE işareti, Etilen oksitle steril olduğu, son kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı son kullanım tarihleri kutular üzerinde yazılı olmalıdır.

kullanma tarihi, kaç devre kadar kullanılacağı son kullanım tarihleri kutular üzerinde yazılı olmalıdır.

14- Kutu içinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.

15- Bu özel handpiece Stapes tabanını delmede, akustik nöromada, kohlear implantasyonda rahatlıkla kullanılabilmesi ve ince yapısı sayesinde görüş açısını kapatmamalıdır.


Dr. Öğrt. Üye. Kemal Koray BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No.: 165528


Prof. Dr. Kemal GÖRÜK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz A.B.D.
Dip. Tes. No.: 51000