

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/02/2025

İlan No : 2025-02-500  
İstem No : 79073  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AYS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	INTRODUCER SET, PERİFERİK, ÖRGÜSÜZ, 6F, 11CM	10	Adet					
2	İNTRODUCER SET, PERİFERİK, METAL KAPLAMA, 6F, 24CM	5	Adet					
3	INTRODUCER SET, PERİFERİK, ÖRGÜSÜZ, 7F, 11CM	10	Adet					
4	İNTRODUCER SET, PERİFERİK, METAL KAPLAMA, 7F, 24CM	5	Adet					
5	İNTRODUCER SET, PERİFERİK, METAL KAPLAMA, 6F, 45CM	10	Adet					
6	İNTRODUCER SET, PERİFERİK, METAL KAPLAMA, 7F, 45CM	10	Adet					
7	İNTRODUCER SET, NÖROVASKÜLER, METAL KAPLAMA, 6F, 90CM	5	Adet					
8	İNTRODUCER SET, NÖROVASKÜLER, METAL KAPLAMA, 7F, 90CM	5	Adet					
9	INTRODUCER SET, PERİFERİK, ÖRGÜSÜZ, 8F, 11CM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur\_Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## SET INTRADUCER NÖROVASKÜLER, PERKÜTAN METAL GUIDİNG SHEATH TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Metal Sheath, Carotis stentleme ve tüm perifer girişimsel işlemlerin uygulanmasına olanak tanınmalıdır.
- 2.Metal Sheath, Distal uç radyopak markırlı,yumuşak uçlu ve hidrofilik kaplı olmalıdır.
- 3.Metal Sheath, Metal sarmal yapıda yuvarlatılmış ve yumuşaklığı ayarlanmış olmalıdır.
- 4.Metal Sheath, bükülme ve kırılmalara dayanıklı ve sürtünmesiz yüzeye sahip olmalıdır.
- 5.Steril paket içerisinde 1 adet basamaklı Dilatör olmalı ve dilatör kılıfın içine kilitlenebilmelidir.
- 6.Kılıfa bağlı bir yan uzatma ve bunun ucunda 3 lü bir musluk bulunmalıdır.
- 7.Metal sheath, sistemin 6-7-8-9-10 ve 11 French seçenekleri olmalı, Metal sheath iç lümen çapı 6 f için; 0,087 inch 7 f için; 0,100 inch ve 8 f için; 0,0114 inch olmalıdır.
8. Metal Sheath'ın 7cm-11cm-24cm-35cm-45cm-65cm-80cm-90cm ve 100cm olmak üzere 9 farklı uzunluk seçeneği olmalıdır.

Prof. Dr. Cener ÖZKAR  
Mersin Üniversitesi Hast.  
Radyoloji  
Dip. Tes. No: 48733

Prof. Dr. Ergin KAR  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Radyoloji  
Dip. Tes. No: 61147/74343