

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

05.02.2025

AA

İlan No : 2025-02-521
İstem No : 79082
Alım No :
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım
Konu : TIBBİ SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, VENT, DEMİR UÇLU	25	Adet					
2	KATETER, VENT, ÇOK DELİKLİ, 18FR	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KATETER, VENT, DEMİR UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Perikardiyal alanda drenaj yapmaya uygun olmalıdır.
2. En az 35cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Arka tarafında 1/4'lük konnektörü olmalıdır.
4. Ucunda ağırlık sağlayacak çelik spiral bulunmalıdır.
5. Poliüretan veya silikondan yapılmış olmalıdır

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir BİLGİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 110179

Prof. Dr. Murat ÖZEREN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No.: 48682

KATETER, VENT, ÇOK DELİKLİ, 18FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter extracorporal dolaşım sırasında süperior veya inferior venacavalar'dan venöz kanın emilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Kateter, uygulama sırasında istenilen şeklin verilebilmesi için kateterin içinde flexible mandren olmalı, bu mandren mandalla kateterin sonundaki konnektöre kolaylıkla adapte olabilmeli ve çıkartılabilmelidir.
3. Kateterin ucu delik ve etrafı dokuya zarar vermemesi için yuvarlaktırılmış olmalıdır.
4. Kateterin uç kısmında sarmal şekilde aşağıdan yukarıya sekiz sıra delik olmalıdır.
5. Kateterin ucundan 11,5 cm sonra ilk işaret, 16.5 cm sonra ikinci işaret, 21.5 cm sonra üçüncü işaret olmalıdır.
6. Kateter 18 French ölçülerinde ve 1/4 konnektörlerle uyumlu olmalıdır.
7. Kateterin 18 French'te en az 30 cm olmalıdır.
8. Basket uç karşılıklı dört geniş maximum kan akımını sağlayacak açıklığa sahip olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir BİLİR
Mersin Üniversitesi Hastane:
Kalp ve Damar Cerrahisi
Tels. No.: 110170

Prof. Dr. Murat ÖZEREN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Dip. Tels. No.: 46682