

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/02/2025

İlan No : 2025-02-474
İstem No : 79085
Alım No :
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TURNİKE SETİ, VASKÜLER	30	Adet					
2	TURNİKE SETİ, KANÜLASYON	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22595

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TURNİKE SETİ, KANÜLASYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içinde bir adet snare teli ve altı snare (turnike) olmalıdır
2. Turnikelerin ikisi mavi, biri kırmızı ve üçü şeffaf olmalıdır.
3. Turnikelerin uzunluğu 10-12 cm olmalıdır.
4. Setler tek kullanımlık olmalıdır..
5. Medikal pvc'den üretilmiş olmalıdır
6. Son kullanma tarihine 6 ay kala firma tarafından yenilenmelidir.

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Bilgiç
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 10170

Prof. Dr. Murat ÖZEREN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No.: 48682

TURNİKE SETİ, VASKÜLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set içinde iki adet entegre kapaklı tüp, iki adet umbilical tape olmalıdır.
2. Tüplerin uzunluğu 9-13 cm olmalıdır.
3. Setler tek kullanımlık olmalıdır.
4. Sert plastik veya PVC 'den imal edilmiş tepesi kapaklı tüp şeklinde olmalıdır.
5. İplik veya naylon tapeleri sıkıştırmak için imal edilmiş olmalıdır.
6. Açık kalp ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır
7. Turnike uçları yuvarlatılmış olmalıdır.
8. Tıkacı güvenli tutuş sağlamalıdır.
9. Turnike teli hortumdan kolay geçmelidir

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir BİLGİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 48692

Prof. Dr. Murat ÖZEREN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No.: 48692