

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

12/02/2025

TEKLİF İSTEME FORMU

İlan No : 2025-02-586
İstem No : 79094
Alım No :
Talep Eden Birim : Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BİTEWİNG RÖNTGEN FİLMİ ISIRMA KAĞIDI, DENTAL KULLANIM İÇİN	30000	Adet					
2	FOSFOR PLAK	30	Paket					
3	FOSFOR PLAK KILIFI, NO:2	30000	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA,

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Şoyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22595

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

BİTEWİNG ISIRMA KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık ve yapısı kalın olmalıdır.
2. Yapışkanlı kısım fosfor plak poşetine tutunabilmelidir.
3. Yapışkanlı kısım fosfor plağa zarar vermemelidir.
4. Raf ömrü uzun olmalıdır.

FOSFOR PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fosfor plaklar hastanemizde kullanılan Planmeca Marka PROSCANNER 2.0 model tarama cihazında kullanmak üzere orijinal olmalıdır.
2. Plaklar orijinal cihaz ile aynı marka kutular içerisinde olmalıdır.
3. Plak No:2 41 x 31 mm. ebatında 4 adetlik paketlerde olmalıdır.
4. Plaklar üzerinde cihaz markası yazılı olup orijinal olmalıdır.
5. Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalıdır.
6. Fosfor plaklar tekrar tekrar kullanılabilir.
7. Satıcı firma TSE "hizmet yeterlilik belgesi" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahip olmalıdır.

FOSFOR PLAK KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üç yanda bulunan dikişleri kullanım sırasında açılmayacak kalitede olmalıdır.
2. Ürün tek kullanımlık olmalı ve fosfor plakların duyarlı kısmını ortam ışığından korumak, kan ve tükürük temasını önlemek için tasarlanmış olmalıdır.
3. Kılıfın her iki yüzünde de yapışkan alan bulunmalıdır ve yapıştırılarak sıvı geçirmez bir şekilde kapatılabilir.
4. Kılıfların üst kısımları hasta konforu için yuvarlatılmış köşeli, yumuşak kenarlı, vinil polimerden yapılmış anti bakteriyel özellikte bariyer zarflar olmalıdır.
5. Koruyucu zarflar, fosfor plak ölçülerine göre temin edilebilir. Koruyucu zarflar tüm farklı markalı fosfor plaklar ile uyumlu ve kullanımı uygun olmalıdır.
6. En az (31-41 mm) size 2 boyutta olmalıdır.
7. Çekim sonrası yapışkan kısımları yanlarından kolayca kopabilmesi için her iki tarafta da çentik atılmış olmalıdır.
8. Plastik malzeme yumuşak ve bayatlamayan özellikte olmalıdır.
9. Kılıfın ön yüzü içerisindeki fosfor plağı görebilecek şekilde şeffaf özellikte olmalıdır.

Doç. Dr. Mehmet KOCAK TOPBAŞ
Mardin Üniversitesi Hastanesi
Ağız ve Çene Radyolojisi A.D.
Dip. Tes. No.: 31378

MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi A.D.
Doç. Dr. Ayşe Tuğba BERTURK AYBUDUK
Dip. Tes. No: 32612