

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AA

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2025

İlan No : 2025-02-616
İstem No : 79115
Alım No :
Talep Eden Birim : Diş Hastalıkları(Genel) / Diş Hastalıkları(Genel)
Konu : STERİLİZASYON POŞETİ KAPATMA MAKİNASI ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/02/2025 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STERİLİZASYON POŞETİ KAPATMA MAKİNASI, OTOMATİK, YAZICILI	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

STERİLİZASYON POŞETİ KESME VE KAPATMA MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Steril olması gereken tüm klinik-poliklinik ortamlarda kullanılabilirdir.
- Kullanımı kolay ve ergonomik, sağlam ve dayanıklı tasarım olmalıdır.
- Otomatik poşet kapatma ve mikro işlemci kontrol sistemi bulunmalıdır.
- 15-20 ad/dk. Poşet uzunluğu 50-1000 mm. arası ayarlanabilir olmalıdır.
- Sıcaklık dalgalanmalarını engelleyen PID kontrol sistemi bulunmalıdır.
- Membran panel sayesinde kolay ayarlama özelliği bulunmalıdır.
- Aynı anda birden çok rulo yüklenebilme kapasitesine sahip olmalıdır.
- Maksimum kapatma genişliği 400 mm. olmalıdır.
- Dil seçenekleri ve rulo bittiğinde otomatik durdurma özelliği bulunmalıdır.
- DIN 58953-7 standartlarına uyumlu olmalıdır.

MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi A.D.
Doc. Dr. Ayşe Tuğçe ERGÜRK ALIHOĞUK
Din. Tes. No: 32612

Doc. Dr. Azalet ÇELEBİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D.
Dip. Tes. No.: 54886