

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AYS

İlan No : 2025-02-724  
İstem No : 79144  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB Kodu	İhtiyaç Açıklaması
1	AİRBOX, STERİS YIKAMA CİHAZI İÇİN	1	Adet					
2	SPREY PERVANE UCU TAKIMI, STERİS YIKAMA CİHAZI İÇİN	6	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

### AIRBOX TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Malzeme STERIS marka 3053 model cerrahi alet yıkama cihazına üretilen orijinal ürün olmalıdır.
- 2-Malzeme ses izolasyonu ve yalıtımı özelliğine sahip olmalıdır.
- 3-Malzeme CE(güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 4-Malzeme cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.

### SPREY PERVANE UCU TAKIMI

- 1- Pervane ucu STERIS marka 3053 model cerrahi alet yıkama cihazına üretilen orijinal ürün olmalıdır.
- 2-Pervane ucu paslanmaz ve enfeksiyon üremeye karşı özel maddeden olmalıdır.
- 3-Pervane ucu CE(Güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 4-Pervane ucu cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.

**Selman ÖCAL**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurçin DİNCER**  
Biyomedikal Formülüsü



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Cerrahi Alet Yıkama Cihazı			
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi	Marka : STERIS			
	Model : 3053			
	Seri No: 66697			
	Demirbaş No: 253.3.5.1-361			
	Garantili	Bakım Sözleşmeli		
Tarih: 31/01/2025	Var [ ]	Yok [X]	Var [X]	Yok [ ]

Arıza Özeti : Cihaz çalışmamaktadır. Yapılan kontrolünde aşağıdaki parçanın arızalı olduğu tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığı için yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:  
1 Adet AIR BOX  
6 Sprey pervane ucu takımı

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koord. Sor.

Açıklama :