

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AYS

İlan No : 2025-02-721  
İstem No : 79163  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Yeni Satın Alma
1	VENTİLATOR SOLUNUM DEVRESİ, DISPOSABLE, ISITMALI, YETİŞKİN, RESPICARE CİHAZ UYUMLU	90	Adet					
2	MASKE, NAZAL BAĞLAMA SETLİ, NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI, YETİŞKİN, MEDIUM, RESPICARE CİHAZ UYUMLU	90	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye vb. kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alınan çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösteren banka Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

**NAZAL YÜKSEK AKIŞ DEVRE SETİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Nazal yüksek akış kiti ısıtıcı hortum hattı, chamber, chamber cihaz dirsek ara bağlantı parçasından oluşmalıdır.
2. Nazal yüksek akış devresinin ısıtma tertibatı hortum hattının çevresine gömülü olmalıdır.
3. Nazal yüksek akış kiti 2- 80 litre/dk akış aralığında olmalıdır.
4. Hortum içerisine sıcaklık sensörü entegre edilmiş olmalı ve bu sayede ek kablo bağlantısına gerek duymamalıdır.
5. Nazal yüksek akış kiti ve kanülü rms marka nazal yüksek akış cihazı ile aynı marka olmalıdır.
6. Set ile birlikte cihazın korumasını sağlamak için bir adet hepa sınıf 13(katalog,uts ve bayilik kaydı teklif dosyasında sunulmalıdır.) performansına sahip filtre verilmelidir.
7. Devrenin kanül bağlantı konnektörü universal olmalıdır.
8. Ayrı kalemlerde beraber alınacak olan, nazal yüksek akış kanülü ve nazal yüksek akış devre seti birlikte değerlendirilecektir.
9. Teklif veren firma rms marka nazal yüksek akış cihazlarının bakım ve kalibrasyonlarını yapmaya yetkili olmalıdır ve bunu belgelendirebilmelidir. Yetki belgesi olmayan firmaların teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Teklif veren firma teknik şartnamede belirtilen her madde için teknik şartnameye uygunluk belgesi verecektir.
11. Nazal yüksek akış devre seti CE belgesine sahip olmalıdır.
12. Ürünün sağlık bakanlığı onaylı ÜTS kodu bulunmalıdır.
- 13.

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DİNCER**  
Tıbbi Kurumları

Prof. Dr. Murat ÖZEREN  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.  
Dış. Tes. No.:43682

**NASAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ YETİŞKİN  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Kanüller nazal yüksek akış sistemleri için özel üretilmiş olmalıdır.
2. Büyük çocuk ve yetişkin hastalar için 3 farklı boy (S,M,L) seçeneği olmalıdır.
3. Ürün içeriğinde lateks ve DEHP olmamalıdır. Ürün disposable / tek kullanımlık olmalıdır.
4. Burun kanülü düşük ve yüksek akışlarda kullanıma uygun olmalı ayrıca nazal ilaç ve gaz tedavilerine uyumlu hale getirilebilmelidir.
5. Nasal yüksek akış oksijen terapi kanülünün small boyun yüksek akışı en az 50 lpm, medium boyun yüksek akışı en az 60 lpm, large boyun yüksek akışı en az 60 lpm kullanıma uygun kanüller olmalıdır.
6. Nazal yüksek akış kiti ve kanülü rms marka nazal yüksek akış cihazı ile aynı marka olmalıdır.
7. Ayrı kalemlerde beraber alınacak olan, nazal yüksek akış kanülü ve nazal yüksek akış devre seti birlikte değerlendirilecektir.
8. Teklif veren firma rms marka nazal yüksek akış cihazlarının bakım ve kalibrasyonlarını yapmaya yetkili olmalıdır ve bunu belgeleyebilmelidir. Yetki belgesi olmayan firmaların teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9. Teklif veren firma teknik şartnamede belirtilen her madde için teknik şartnameye uygunluk belgesi verecektir.
10. Nazal yüksek akış kanülü CE belgesine sahip olmalıdır.
11. Ürünün sağlık bakanlığı onaylı ÜTS kodu bulunmalıdır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DİNCER**  
Tıbbi Sorumlusu

Prof. Dr. Murat ÖZEREN  
MEU Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.  
Dip. Tes. No.:48802