

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2025

İlan No : 2025-02-596
İstem No : 79188
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEME ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 18/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DIYALİZÖR, SENTETİK, PEDIATRİK, 0.2M2	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin **kdv hariç birim fiyatları, kdV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,**
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DİYALİZÖR,SENTETİK,PEDİATRİK 0,2 m² TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Membran materyali biyouyumlu sentetik, polisülfan ya da poliamid,olmalıdır.
- 2) Kuru tip, tek kullanımlık Hollow-Fiber tipinde olmalıdır.
- 3) Sterilizasyon ısı(buhar),gama veya etilenoksit olmalı ve non pirojenik olmalıdır.
- 4) Malzeme orijinal steril ambalaj halinde teslim edilmelidir. Her ambalajda; malzemenin ulusal bilgi bankası kod numarası, teknik özellikleri, sterilizasyon ve miad bilgileri bulunmalıdır.
- 5) Teslim edilen malzemenin teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 yıllık kullanım miadı olmalıdır.
- 6) Total membran yüzey alanı 0,2 m² olmalıdır.
- 7) Membran duvar kalınlığı 30–50 mikron arası olmalıdır.
- 8) Maksimum transmembran basıncı en az 500 mmHg olmalıdır.
- 9) Ultrafiltrasyon katsayısı 1,5 ml/h.mmHg ve üzerinde olmalıdır.
- 10) QB: 200 ml/dk'da klirens değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

Üre Klirensi 75 ml/dk ve üzerinde olmalıdır.

Kreatinin Klirensi 60 ml/dk ve üzerinde olmalıdır.

B12 Klirensi 30 ml/dk ve üzerinde olmalıdır.

11)Diyalizörün kan dolun hacmi 15-20 cc arasında olmalıdır.

12)Diyalizör kan akım hızı 30-100 ml/dk arasında olmalıdır.


GÖZLÜK BELİBAĞ
Ersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Nefroloji Hast. Çocuk Nefrolojisi Uzmanı
E-posta: gbeliba@ersin.edu.tr


Esra KÖSE
Hemodiyaliz
Serum ve Hemsire