

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/02/2025

İlan No : 2025-02-576
İstem No : 79192
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

A95

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu
1	ENZİMATİK, DEZENFEKTAN İÇERİKLİ, TIBBİ ALETLER İÇİN	30	LT				

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatı kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve siparişin bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Ayrı ayrı çıkarılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


BÜNYAMİN GÜLTEKİN


Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ENZİMATİK, DEZENFEKTAN İÇERİKLİ, TIBBİ ALETLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün en az 3 enzim içermeli (amilaz, proteaz, lipaz), bunun yanında kişiyi çapraz kontaminasyondan korumak için antimikrobiyal etkinliğe sahip olmalı.
2. Ürün her türlü tıbbi cihazın (cerrahi, medikal alet) işlem sonrası sonrasında üzerinde bulunan kan, doku, protein, yağ gibi organik yükü temizleyecek özelliğe sahip olmalıdır.
3. Ürün kirli aletlerin temizlik ve ön dezenfeksiyonu amacıyla kullanılacağından etkinlik çalışmaları kirli koşullarda yapılmış olmalıdır.
4. Aldehit, fenol, klor ve amin bileşikleri içermemelidir.
5. Ürün konsantre olup çeşme suyu ile seyreltilerek kullanılabilir.
6. Ürün manuel kullanıma uygun olduğu gibi ultrasonik banyolarda da kullanıma uygun olmalıdır.
7. Ürünün pH'sı nötr olmalıdır.
8. Ürün korozif olmamalıdır.
9. Ürün çözültüsü mümkün olduğunca kokusuz olmalı, göz ve geniz yakmamalıdır.
10. Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır. **Bu belge sunulmalıdır.**
11. Ürün 93/42/EEC direktiflerine göre gereklilikleri sağlamalı ve ÜTS' de kayıtlı olmalıdır.
12. Orijinal en az 2 en fazla 5 L'lik ambalajlarda olmalı, ambalaj üzerinde ürünün kimyasal içeriği, son kullanma tarihi, lot numarası ve kullanımla ilgili açıklamalar Türkçe yazılı olmalıdır.
13. Üretici firma tarafından ürün ile birlikte ürünün doğru kullanımı için 5 Bidon başına 1 adet doz pompası verilmelidir.
14. Numuneler ünitelerde çalışan sağlık personeline kullanılacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.
15. Firma seyreltilmiş ürün litre maliyetini fiyat teklifinde belirtmelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ürünün seyreltilmiş litre cinsinden birim fiyatı üzerinden değerlendirilecektir.
16. Muayene komisyonu, gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere her seri için yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz (mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozif etki vb.) için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.


Prof. Dr. Hülden ERSÖZ
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu


Ayser MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire