

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2025

İlan No : 2025-02-578  
İstem No : 79257  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Dermatoloji / Kozmetoloji Polikliniği  
Konu :

E S

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 18/02/2025 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MİKROİĞNELİ RADYOFREKANS UYGULAMALARI İÇİN KARTUŞ	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
HASTANE MÜDÜR YRD.


## Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

### Teknik Şartname

#### Mikroiğneli Radyofrekans Uygulamaları için Kartuş

1. İğne kalınlığı 0.25 mm olmalıdır.
2. İğne kartuşları Fraxis Duo cihazına uyumlu olmalıdır.
3. İğne kartuşları fraksiyonel rf başlığına uyumlu olmalıdır.
4. İğne kartuşunun tedavi bölgesi 10X10 mm olmalıdır.
5. İğne kartuşu 25'li iğne içermelidir.
6. İğnelerin ayarlanabilir derinliği 0.5mm-3.5mm aralığında olmalıdır.
7. İğneler altın kaplama ve yarı izolasyonlu olmalıdır.
8. İğne başına güç 1 watt, toplam güç 25 watt olmalıdır.
9. İğne kartuşları işlem sırasında iğne hattı boyunca rf enerjisi vermelidir.
10. İğne kartuşları deri altından yüzeye doğru azalan termal etki sağlamalıdır.

  
Dr. Öğr. Üy. Pınar DURSUN  
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Deri ve Zührevi Hastalıklar A.B.D.  
Dip. Tes. No: 141897

  
Prof. Dr. Güliz Kızılcık  
MED Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Dermatoloji  
Dip. Tes. No: 141897