

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2025

İlan No : 2025-02-595
İstem No : 79263
Alım No :
Talep Eden Birim : Protetik Dış Tedavisi / Protetik Dış Tedavisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test Süresi (Gün)
1	A SİLİKON SET, DENTAL KULLANIM AMAÇLI	40	Adet					
2	SELF ADEZİV REZİN SİMAN	40	Adet					
3	PORSELEN&ZİRKONYUM MAKYAJ SETİ, DENTAL	2	Adet					
4	ZİRKONYUM BLOK, MONOLİTİK, 20CM DİSK, DENTAL	10	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA,

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22595

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ZİRKONYUM BLOK, 20 MM. DİSK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kendinden renkli olmalıdır, 16 renk e sahip olmalıdır.
2. En az 12 renkte tercihe göre sipariş edilebilmelidir.
3. Yüksek transparanlığa sahip olmalıdır.
4. İzostatik pres tekniği ile üretilmiş olmalıdır. (pre-sinterize blok)
5. Diskin her noktasında sabit büzülme stabilitesi olmalıdır.
6. 0.6 mm film kalınlığında ışık geçirgenliği (translusensi değeri) %35 ve üzerinde olmalıdır.
7. Ağız ve laboratuvar ortamındaki ısı şoku, sıvı kontaminasyonu gibi faktörlere karşı en yüksek dayanım gösteren zirkon materyalinin tetragonal fazdan monoklinik faza dönüşüm oranı en fazla %1 olmalıdır.
8. Monolitik kron ve köprü yapılmasına uygun olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
10. Radyolojik olarak opak ve önceden renklendirilmiş olmalıdır.
11. Problemsiz işleme ve sinterizasyon özelliklerine sahip olmalıdır. Çap: 98 mm Kalınlık: 20 mm ebatlarında zirkon blok olmalıdır

Dr. Öğr. Üyesi **ETÖZ**
Diyarbakır Üniversitesi
Diyarbakır
Diy. Tel. No.: 02240

Prof. Dr. **ATIL**
Dekan

A-SİLİKON SET DENTAL KULLANIM İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polivinilsiloksan putty kıvamında olmalıdır.
2. EN ISO 4823 standartlarına uyumlu Tip 0 olmalıdır.
3. Shore A sertliği maksimum 65 olmalıdır.
4. Sıkıştırma direnci %3'ü geçmemelidir.
5. Deformasyondan sonra geriye dönüş en az %99 olmalıdır.
6. 24 saat sonraki boyut değişikliği %0,2 yi geçmemelidir.
7. Kutu içeriğinde 2 adet tüp şeklinde tabanca ile kullanıma uygun light body olmalıdır.
8. Light Body Hidrofilik ve tiksotropik özelliklere sahip olmalıdır.
9. Her 10 kutu ürün için light body kullanıma uygun bir adet tabanca verilmelidir.
10. Ürün üreticisinin sosis tip A silikon makinesine uygun silikon da üretmesi gerekmektedir.

SELF ADEZİV REZİN SİMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Diş yapısına asitleme veya diğer önışlemeler gerektirmeden kolay bağlanma için kullanılmalıdır.
2. Dual curing yani kendi kendine sertleşmelidir.
3. Güçlendirilmiş bağlanma kuvveti sayesinde metal, metal oksit seramik, dentin ve mineye güçlü bir şekilde bağlanmalıdır.
4. Pasta karıştırma cihazı olmadan da karıştırılıp hazırlanmalıdır.
5. Restorasyon sırasında şiringadan direk uygulanmalıdır.
6. Fazlalık simanların kolay temizlenmesini izin vermelidir.
7. Kron, köprü inley ve onleylerin simantasyonunda, implant üzerinde restorasyonların simantasyonunda, post ve korların simantasyonunda, adezyon köprü ve splintlerin simantasyonunda, amalgamların bağlanmasında kullanılabilir.
8. Küçültülmüş kanal içi uygulama uçları sayesinde daha kolay kullanılmalıdır.
9. Ürün 10 MDP içermelidir.

ZİRKONYA MAKYAJ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Zirkonyalarda dış renklendirme ve efekt için farklı renk seçeneklere sahip olmalıdır.
2. Ağız sıvılarında çözünmeye ve final fırınlamada bozunmaya karşı dirençli olmalıdır.
3. Ürün içeriğinde en az 10 farklı renk tonu bulunmalıdır.
4. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere en az 1 adet numune verilecektir. Ürünün uygunluğuna komisyonun teknik üyeleri tarafından numuneler değerlendirilerek (gerektiğinde kullanılarak) karar verilecektir.
5. Ürün Muayene Komisyonu Üyeleri tarafından değerlendirilerek, uygun görülmediği takdirde ürünün alımından vazgeçilecektir.
6. Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi İNUR ETÜZ
Diyadinli Diş Polikliniği
Diyadinli Diş Hastanesi
Dip. No: 32240

Prof. Dr. F. ATIL
Dekan