

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

21/02/2025

İlan No : 2025-02-780
İstem No : 79309
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

AYS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EKRAN, PORTABLE VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN	1	Adet					
2	BATARYA, PORTABLE VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : PORTABLE VENTİLATÖR			
DAHİLİYE 2 YOĞUN BAKIM	Marka : DRAGER			
	Model : V300			
	Seri No: ASMF0082			
	Garantili		Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 24.01.2025	Var []	Yok [x]	Var []	Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda yapılan kontrollerde bataryasının ömrünün dolduğu ve tamirinin mümkün olmadığı için yenisi ile değişimi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DINCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :

VENTİLATÖR EKRANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ekran Drager marka Oxylog V300 model ventilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Ekran orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Ekran fabrikasyon hatalara karşı en az 6(Altı) ay üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 4-Ekran CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.
- 5-Ekran cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

PORTABLE VENTİLATÖR BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Batarya Drager marka Oxylog V300 model ventilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- Batarya orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3- Batarya fabrikasyon hatalara karşı en az 6(Altı) ay üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 4- Batarya CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.
- 5- Batarya 11.1 VDC 5.6 AH özellikte olmalıdır.
- 6- Batarya cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Türetin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

Seimhan ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker