

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/02/2025

İlan No : 2025-02-712
İstem No : 79341
Alım No :
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TUBİNG SET, ERİŞKİN	80	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TUBİNG SET, ERİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp set; arter hat, venöz hat, suction hat, iki tane sump hattı, pompa kafası hattı, filtreli gaz hattı ve tüp set holderinden meydana gelmiş olmalıdır.
2. Setin venöz hattı 1/2"-1/32" çapında olmalı, 210 cm'den kısa olmamalıdır.
3. Arter hattı 3/8-3/32 çapında olmalı, 310 cm'den kısa olmamalıdır. Arteriyel hat üzerinde arteriyel filtre olmalı ve açık olan ucundan 20 cm uzakta 3/8-3/8 konnektöre takılı 3 yollu musluk olmalıdır.
4. Arter hat ve venöz hat masa kısmı birbirine 3/8-1/2 konnektörle bağlı olmalıdır: Venöz hattın en az 90 cm arter hattın en az 160cm'lik kısmı krep kâğıt içinde kalacak şekilde ambalajlanmalıdır.
5. Suction hat 1/4-1/16 çapında olmalı, 390 cm'den kısa olmamalıdır. Hattın pompa kafasına gelen kısmı 10 mm çapında 90 cm'den kısa olmayan silikondan yapılmış olmalı ve masa tarafının ucunda kontrol delikli aspiratör ucu takılı olmalıdır. Suction hat masa ucundan en az 120 cm'si içeride kalacak şekilde krep kağıda sarılı olmalıdır.
6. Sump hatlarının her ikisi de 1/4-1/16 çapında olmalı, 390 cm'den kısa olmamalı ve hatların pompa kafalarına gelen kısımları 6 mm çapında 90 cm'den kısa olmayan silikondan yapılmış olmalıdır. Bu iki hat masa tarafından 120 cm'si içeride kalacak şekilde krep kâğıda sarılı olmalıdır.
7. Setin pompa kafası hattı 3/8-1/16 çapında 200 cm'den kısa olmamalı, pompa kafasına gelen kısmı 12 mm çapında 80 cm'den kısa olmayan silikondan (1/2"-1/32") yapılmış olmalıdır.
8. Setin gaz hattı 1/4-1/16 çapında 30 cm'den kısa olmamalı, hattın ortasında gaz filtresi takılı olmalıdır.
9. Set masadaki hatları düzenlemeyi sağlayan holder içermeli ve holder tekli steril paket olmalıdır.
10. Setteki hatları ayırt etmeyi sağlamak amacıyla renk kodları olmalıdır.
11. Setin hatları medical grade polivinilklorür (PVC)'den yapılmış olmalıdır. Setteki konnektörler şeffaf polycarbonate'dan yapılmış olmalıdır.
12. Setin içerisinde ;
 - 2 adet üçlü musluk,
 - 1 adet konnektör 1/2 -1/2 çapında
 - 1 adet konnektör 1/4 -1/4 çapında
 - 1 adet konnektör 3/8-3/8-1/2 çapında
 - 1 adet basınç kafı (valfsiz),
 - 1 adet arterial filtre resirkülasyonu için tek yönlü valfli resirkülasyon hattı
 - 2 adet quick prime hattı

Dr. Öğr. Üyesi Eren ÖZERE
Marmara Üniversitesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Doktoru

Prof. Dr. Murat ÖZERE
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D
Dip. No: 10382