

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

21/02/2025

İlan No : 2025-02-787  
İstem No : 79347  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) / Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

B-A

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	POMZA	1	Kg					
2	PEMBE TABAKA MUM, DENTAL KULLANIM AMAÇLI	40	Kutu					
3	MODEL ALÇISI, DENTAL	72	Adet					
4	BEYAZ ALÇI, DENTAL	24	Adet					
5	ORTODONTİK AKRİL TOZU, DENTAL	6	Kg					
6	ORTODONTİK AKRİL LİKİTİ, DENTAL	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## 1- POMZA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Akrilikten üretilmiş ortodontik apareylerin son aşama yüzey pürüzsüzleştirme işlemleri için kullanılmalıdır.
2. Toz formunda, kolay uygulanabilir ve aşındırıcı gücü kontrollü olmalıdır.

## 2- PEMBE TABAKA MUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Modelaj ve şekillendirme için uygun yumuşaklıkta olmalıdır.
2. Kolay şekillendirilebilir ve homojen erime özelliği sunmalıdır.
3. Toksik olmayan malzemelerden üretilmiş olmalıdır.

## 3- MODEL ALÇISI (TİP 3 ALÇI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dental modellerin hassas modellenmesi için kullanılmalıdır.
2. Hızlı kuruma ve yüksek dayanıklılık sağlayacak şekilde formüle edilmiş olmalıdır.
3. Kolay karışabilir ve homojen bir yapı sunmalıdır.
4. 1.kg' lık ambalaj halinde teslim edilmelidir

## 4- BEYAZ ALÇI (TİP 4ALÇI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ortodontik alçı modellerin artikülatöre sabitleme işlemi için kullanılacaktır.
2. Beyaz renk olmalıdır.
3. İnce taneli bir yapıda olmalıdır.
4. Kolay karıştırılabilir olmalıdır.
5. Kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
6. Çalışma süresi ortalama 5-10 dk arasında olmalıdır.
7. 1.kg' lık ambalaj halinde teslim edilmelidir

## 5-6 ORTODONTİK AKRİL TOZU VE LİKİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ortodontik apareylerin ana yapım malzemesi olarak kullanılmalıdır.
2. Akrilik kolay şekillendirilebilir, hızlı sertleşebilir ve oral dokulara uyumlu olmalıdır.

Toz (polimer):

- Renk: Pembe, şeffaf veya beyaz.
- Tanecik boyutu: Homojen bir karışım için mikronize edilmiş.
- Yoğunluk: Uygulama için ideal sertliği sağlayacak şekilde ayarlanış.

Sıvı (monomer):

- Metil metakrilat bazlı olmalıdır.
  - Uçucu bileşen oranı minimum seviyede olmalıdır.
  - Kuruma süreci: Yaklaşık 8-12 dakika.
3. Sertleşme süreci maksimum 30 dakika olmalıdır.
  4. Monomer buharı salınımı, sağlık risklerini minimize edecek seviyede olmalıdır.
  5. ISO standartlarına uygun ve CE belgesine sahip olmalıdır.

Prof. Dr.  ATIL  
Dekan

Dr. Öğr. Üst. Sayma   
Doktora Öğrencisi  
Dip. 