

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

21/02/2025

İlan No : 2025-02-801  
İstem No : 79356  
Alım No :  
Talep Edilen Birim : Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) / Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)  
Konu : SARF VE LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

AJ

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 28/02/2025 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	LEHİM TELİ, DENTAL	10	Paket					
2	BORAKS SIVI, DENTAL	2	Adet					
3	ORTODONTİK TEL, TAM YUVARLAK, 0.5MM, DENTAL KULLANIM AMAÇLI	3	Rulo					
4	ORTODONTİK TEL, TAM YUVARLAK, 0.7MM, DENTAL KULLANIM AMAÇLI	8	Rulo					
5	ORTODONTİK TEL, TAM YUVARLAK, 0.9MM, DENTAL KULLANIM AMAÇLI	5	Rulo					
6	LABORATUVAR ÇAKMAĞI	1	Adet					
7	MOLAR BAND, METAL	1150	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

**3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,**

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

**8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

### 1- LEHİM TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm ortodontik lehimleme işlemlerinde kullanılabilir.
2. Cadmium elementi içermemelidir.
3. İçeriğinde %55 gümüş bulundurmalıdır.
4. Erime sıcaklığı 630°- 660°C olmalıdır.
5. Tape formunda olmalıdır. (1 x 0,5 mm)
6. Paket 10 gr ağırlığında olmalıdır.
7. Ürün üzerinde lot numarası bulunmalıdır.
8. Ürün üzerinde kalite CE işareti bulunmalıdır.

### 2- BORAKS SIVI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm ortodontik lehimleme işlemlerinde kullanılabilir.
2. FLUORIDE elementi içermelidir.
3. Sıvı formda olmalıdır.
4. Ürün en az 30gr ağırlığında olmalıdır.
5. Ürün ışıktan koruma amaçlı koyu cam şişede olmalıdır.
6. Ürün üzerinde lot numarası bulunmalıdır.

### 3- ORTODONTİK TEL (TAM YUVARLAK 0,5 mm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm ortodontik uygulamalarda kullanılabilir.
2. Krom ve Çelik alaşımı olmalıdır.
3. Paket 500gr ağırlığında olmalıdır.
4. Ürün üzerinde lot numarası bulunmalıdır.
5. Ürün üzerinde kalite CE işareti bulunmalıdır.
6. 1800/2000 N/mm<sup>2</sup> sertlikte olmalıdır
7. Kangalda 306 m tel bulunmalıdır.

### 4- ORTODONTİK TEL (TAM YUVARLAK 0,7 mm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm ortodontik uygulamalarda kullanılabilir.
2. Krom ve Çelik alaşımı olmalıdır.
3. Paket 500gr ağırlığında olmalıdır.
4. Ürün üzerinde lot numarası bulunmalıdır.
5. Ürün üzerinde kalite CE işareti bulunmalıdır.
6. 1800/2000 N/mm<sup>2</sup> sertlikte olmalıdır
7. Kangalda 165 m tel bulunmalıdır.

Prof. Dr. Ethem ATIL

Doktor

San

## 5- ORTODONTİK TEL (TAM YUVARLAK 0,9 mm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm ortodontik uygulamalarda kullanılabilir olmalıdır.
2. Krom ve Çelik alaşımı olmalıdır.
3. Paket 500gr ağırlığında olmalıdır.
4. Ürün üzerinde lot numarası bulunmalıdır.
5. Ürün üzerinde kalite CE işareti bulunmalıdır.
6. 1800/2000 N/mm<sup>2</sup> sertlikte olmalıdır
7. Kangalda 100 m tel bulunmalıdır.

## 6- LABORATUVAR ÇAKMAĞI (TORCH) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ortodontik tellerin ve bantların şekillendirilmesi ve ayarlanmasında metal parçaların lehimlenmesi ve birleştirilmesinde, akrilik ve diğer dental malzemelerin ısıtılması ve şekillendirilmesinde kullanılacaktır.
2. Yeniden doldurulabilir olmalıdır.
3. Yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilmiş olmalıdır.
4. Paslanmaz çelik veya ısıya dayanıklı alaşımlardan imal edilmelidir.
5. Ergonomik tasarıma sahip olmalı ve kullanımı kolay olmalıdır.
6. Alev sıcaklığı ve boyutu ayarlanabilir olmalıdır.
7. Hassas alev kontrolü sağlayan bir mekanizmaya sahip olmalıdır.
8. Alev kilidi veya emniyet kilidi gibi güvenlik mekanizmaları bulunmalıdır.

## 7- MOLAR BAND TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz biyomedikal çelikten üretilmiş olmalıdır.
2. Diş anatomisine uygun form verilmiş olmalıdır.
3. Yapıştırma tutuculuğunu arttırmak için iç yüzey çapraz lazer etching uygulanmalıdır.
4. Bant üzerinde bandın yönü ve numarası lazer ile işaretlenmiş olmalıdır.
5. Uniform gerilim, sisteminde üretilmiş olmalıdır.
6. Diş boyutuna göre kalınlıkları farklı olmalıdır.

Prof. Dr. İsmail KİLİÇ  
Dekan

Dr. Öğr. Üyesi  
Mehmet Gökhan KILINÇ  
Doktora Öğrencisi  
İsmail KİLİÇ