

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

21/02/2025

İlan No : 2025-02-779  
İstem No : 79376  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AYS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/02/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması        | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|---------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | KONNEKTÖR Y, NÖROVASKÜLER | 100    | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**


İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


BÜNYAMİN GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## SMT2068- Y KONNEKTÖR

|  |   |
|--|---|
| <b>SMT Temel İşlevi:</b>               | 1. Girişimsel uygulamalar sırasında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.  |
| <b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b> | 2. Şeffaf ve dayanıklı plastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.<br>3. Uç kısmı rotating adaptörlü luer lock ve yan giriş ucu luer lock olmalıdır.<br>4. Y Konnektör'ün uzatma hatlı (itme-çekme mekanizmalı) ve uzatma hatsız (manuel, vidalı) çeşitleri olmalıdır.  |
| <b>Teknik Özellikleri:</b>             | 5. Y Konnektör ve uzatma hattı, hava kabarcıklarının gözlemlenebilmesine olanak verecek şekilde şeffaf bir yapıda olmalıdır.<br>6. Y Konnektör İç lümeni geniş olmalıdır.<br>7. Y Konnektör uzatma hatlı modelinde itme-çekme mekanizmasına sahip kan akımını kısa sürede durduran, kullanılacak malzemelerin rahatça geçişine olanak sağlayan valf bulunmalı, uzatma hattı luer lock sistemle uyumlu olarak üçlü muslukla sonlanmalıdır. |
| <b>Genel Hükümler:</b>                 | 8. Y Konnektör Steril ve orijinal ambalajda olmalıdır.  |

  
Prof. Dr. Cener ÖZER  
Mersin Üniversitesi  
Radyoloji  
Dip. Tes. No: 48733

  
Prof. Dr. Ergin KARA  
MEÜ Sağlık Araştırma  
M. Ü. S. B. D. Z.  
Tıp Fak. Radyo. Di. A. B. D.  
Dip. Tes. No: 84347/74347