

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

10/03/2025

İlan No : 2025-03-994
İstem No : 79458
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis
Konu : ÖZOFAGOSKOP SETİ ALIMI

A3

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ÖZOFAGOSKOP SETİ, KBB	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

541888

ÖZOFAGOSKOP SETİ, KBB

TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

- a. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- b. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
- c. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
- d. Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
- e. Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.
- f. Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI :

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.

Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :

1.1 Operasyon Özofagoskop 1 Adet

Uzunluğu 30 cm ve boyu 8 x 12 olmalıdır.

1.2 ROBERTS JESBERG Oval Operasyon Özofagoskopu 1 Adet

Uzunluğu 30 cm ve Boy: 10 x 14 olmalıdır.

1.3 Fiber Optik Işık Taşıyıcı 1 Adet

30 cm/32 cm'lik özofagoskoplar ile distal aydınlatma için kullanılabilir.

1.4 Prizmatik Işık Yansıtıcısı 1 Adet

1. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.

2. Fiber optik ışık kablosu bağlantısı bulunmalıdır.

Prof. Dr. Kemal GÖRÜR
Mersin Üniversitesi Hastane
Kulak Burun Boğaz A.B.D.

Dr. Öğrt. Üye. Kemal Koray BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No.: 165528

1.5 Teleskop 0° 1 Adet

1. Teleskop düz İleri Görüşlü 0° olmalıdır.
2. 2.9 mm çapında ve 36 cm çalışma uzunluğunda olmalıdır.
3. Otoklav ile steril edilebilmelidir.
4. Fiber optik ışık transmisyonu mevcut olmalıdır.

1.6 Optikal Alligatör Forseps 1 Adet

Teklif edilen optikal forseps aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır:

1. Forseps çok kullanımlık olmalı ve birlikte kullanılacağı teleskop ile uyumlu çalışmalıdır.
2. Forseps bronko özofagoskoplar için kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3. Optikal forsepsin ucu Alligatör yapıda olmalıdır.
4. Optikal forsepsin güç kontrollü handle'ı bulunmalıdır.
5. Optikal forseps, sert yapılı yabancı cisimlerin çıkarılmasında kullanılabilirdir.

1.7 Optikal Forseps 1 Adet

Teklif edilen optikal forseps aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır:

1. Forseps çok kullanımlık olmalı ve birlikte kullanılacağı teleskop ile uyumlu çalışmalıdır.
2. Forseps bronko özofagoskoplar için kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3. Optikal forsepsin ucu kaşık şeklinde ve yuvarlak yapıda olmalıdır.
4. Optikal forseps, biyopsi alınmasında kullanılabilirdir.

1.8 Emme Tüpü 1 Adet

1. Yalıtılmış gövdeye sahip olmalıdır.
2. 35 cm çalışma uzunluğunda olmalıdır.
3. Teklif edilen yüksek frekans kablosu ile birlikte kullanılabilirdir.

1.9 Monopolar Yüksek Frekans Kablosu 1 Adet

1. HF Uniti için 4 mm fişli ve uzunluğu 300 cm olmalıdır.
2. Unipolar koagülasyon için kullanılmalıdır.

1.10 Kabza 1 Adet

ROBERTS JESBERG özofagoskoplar ile birlikte kullanılabilirdir.

Prof. Dr. Kemal GÖRÜ:
Mersin Üniversitesi Hastane
Kulak Burun Boğaz A

Dr. Öğrt. Üye. Kemal Keray BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Diy. Tes. No: 165528