

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/03/2025

İlan No : 2025-03-890  
İstem No : 79470  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : SARF MALZEME ALIM

G.T.

Talep Edilen Hasta :  
Son Teslim Tarihi & Saat : 07/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKTERİ FİLTRESİ, NEM TUTUCU, YETİŞKİN	2000	Adet					
2	İĞNE UCU, PEMBE	60000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

## BAKTERİ FİLTRESİ, NEM TUTUCU, YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtre mekanik ventilatörde kullanılmak üzere bakteri ve virüs tutmak amaçlı kullanılmalı ve nemlendirme özelliği olmalıdır.
2. Filtreler şeffaf yapıda, polipropilen veya PVC olmalı, lateks içermemelidir. Filtre üzerinde üretici firma ve ürün bilgileri bulunmalıdır.
3. Filtrenin bakteriyel etkinliği %99.999, virüsidal etkinliği %99.999 olmalıdır.
4. Tital volüm aralığı 100/1200 ml olmalıdır.
5. Filtrenin ölü boşluğu en fazla 51 ml, ağırlığı en az 23gr olmalıdır.
6. Filtre üzerindeki CO<sub>2</sub> portu ideal ölçüm için 45 derecelik açıyla memran ile konektör kısmı bileşkesinde bulunmalı, luerlock yapıda ve üzerinde vidalı kapak takılı olmalıdır.
7. Filtrenin bağlantısı 22M/15/F ve 22F/15M olmalı, yenidoğan ünitesinde kullanılan setlere uygun olmalıdır.
8. Filtre steril ambalajlarda olmalıdır.

Güldane GENÇ  
Dahiliye 1 Yoğun Bakım  
Sorumlu Hemşiresi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
TIP FAKÜLTESİ HASTAHANESİ  
Dr. Öğrt. Üyesi İrem AKIN ŞEN  
İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı  
Dip. Tes. No: 133904

## İĞNE UCU, PEMBE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable, steril ve enjektörlere uyumlu olmalıdır.
2. İğne uçları paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
3. Kan geldiğini gösterecek şeffaflıkta olmalıdır.
4. İğne ucu küt ve çapaklı olmamalıdır.
5. Ambalaj üzerinde LOT numarası, steril ibaresi, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır

**Dr. Abdülkadir AVCI**  
Mersin Üni. Hastanesi  
Başhemşire Yardımcısı

**Uzm. Hemş. Fulya YILDIRIM**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başhemşire Yardımcısı