

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

21/03/2025

İlan No : 2025-03-1175
İstem No : 79521
Alım No :
Talep Eden Birim : Plastik Cerrahi / Plastik Cerrahi Servisi
Konu : DEMİRBAŞ ALIMI

B.A

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/03/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ULTRASONİK KEMİK KESME CİHAZI, PLASTİK CERRAHİ	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ULTRASONİK KEMİK KESİCİ CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Cihaz , kemik hasatı, sinüs cerrahi, osteoplasti, osteotomi, uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
- 2- Cihaz 24.29.5 kHz frekansında çalışmalıdır.
- 3- Cihazın su akış oranı 10-85 mL/dk aralığında olmalıdır.
- 4- Cihazda 3 farklı mod seçeneği olmalıdır.
- 5- Cihaz güç-frekans, soğutma, otomatik temizleme (auto cleaning) gibi verileri de içermelidir. Tüm bu özelliklere ait dokunmatik tuşlar kontrol paneli üzerinde olup istenilen ayar bu tuşlardan kolaylıkla yapılabilirdir.
- 6- Cihazın kullanımı kolay ve tüm fonksiyonları gösteren geniş, LED'li ekranı olmalıdır. Ultrasonik çalışma göstergesi, program numarası, titreşim seviyesi, sıvı akış seviyesi, titreşim modu, hafıza durumu ve mod seçme ekranda görülebilmelidir.
- 7- Mevcut programlar kolayca değiştirilebilmelidir.
- 8- Cihazın mevcut çalışma hızı ve titreşim seviyesi ekranda görülmelidir.
- 9- Cihaz, yumuşak dokuya geldiği zaman kesmemelidir.
- 10- Cihaz, mobil RF parazitlerinden etkilenebilen elektromanyetik alanlarda kullanılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 11- Başlık kablosu en az 2 mt. uzunluğunda olup, cihaza iterek mandallı sistem ile kolayca takılıp sökülebilmelidir. Başlık ve kablosu 135 dereceye kadar otoklavlanabilmelidir.
- 12- Başlık kablosunun içinden su akışı geçmelidir. Dışarıdan görünmemelidir.
- 13- Başlık kullanım esnasında dahi sıvı miktarı ayarlanabilme işlemi yapılabilirdir.
- 14- Cihaz ile birlikte verilen başlığın arka kapağını ampul değiştirmek için gerektiğinde gövdeden kolayca ayrılabilirdir.
- 15- Sistem ayaktan kumanda edilebilmelidir.
- 16- Cihaz taşınabilir olmalıdır.
- 17- Cihaz su pompası ile birlikte kontrol ünitesi, 2 m kablolu otoklavlanabilir ışıklı başlık, otoklavlanabilir kablo, ayak pedalı, sterilizasyon kaseti,14 adet uç, uç standı, 1 adet serum veya şişe askısı, uç anahtarı,1 adet yedek VA ampul, verilmelidir.1 sağ 1 sol lateral 1 medial ve 1 dorsum için uç olmalıdır. 1 adet aspiratörlü ekartör.
- 18- Cihaz 330*254*167 mm ölçülerinde ve 3.8 kg ağırlığında olmalıdır.
- 19- Cihaz ithal malı olup; ISO 9001 Kalite Güvence Sistemine ve CE Belgesine sahip olmalıdır.
- 20- Cihazın UBB kaydı olmalıdır.
- 21- Demo yapılarak değerlendirilecektir.
- 22- Kbb ve plastik cerrahi tek yetkililik belgesi olmalıdır.

Prof. Dr. Gürtekin TENEKECİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No.: 702577

Prof. Dr. Yavuz DEMİR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Plastik Cerrahi
Dip. Tes. No.: 63917

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kordinatör