

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

21/03/2025

İlan No : 2025-03-1181
İstem No : 79525
Alım No :
Talep Eden Birim : Plastik Cerrahi / Plastik Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AYS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/03/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	YARA KAPATICI STRİP, İNCE, 6-7MMX10-11CM	100	Adet					
2	YARA KAPATICI STRİP, İNCE, 12-13MMX10-11CM	700	Adet					
3	YARA KAPATICI STRİP, İNCE, 24-25MMX12-13CM	200	Adet					
4	MESH PLAK, ORBİTAL, KESİLEBİLEN, TİTANYUM, NAZO ORBİTAL, 0.3MM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DTİEM

CİLT YARASI BİRLEŞTİRME ŞERİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril paketlenmiş olmalıdır.
2. Genel veya özel cerrahide, kaza eseri oluşan yaralarda veya bisturi kesiklerinde iplikli suture kullanmadan, cilt üzerine sabitlenerek yara uçlarının birleştirilip kapatılmasını sağlamalıdır.
3. Ürün, yara kenarına zarar vermeden, yarayı sıkıca kapatabilmeli, atravmatik uygulanabilmelidir.
4. Ürün ten renginde taranmış polyester-/poliamid dokumasız malzemeden (non-woven) imal edilmiş olmalıdır.
5. Şeritlerin kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.
6. Şeritler, esnek ve uyumlu olmalı; yüksek poroziteye (mikro gözeneklik oranı fazla), yüksek permeabiliteye ve hava geçirgenliğine sahip olmalıdır.
7. Şeritler cilde iyi yapışmalı ve gerilmeye dayanıklı olmalıdır. Şeritlerin kopma seviyesindeki uzama mukavemeti: makine boyu yönünde $32(\pm 2)$ %, makine eni yönünde $75(\pm 2)$ % olmalıdır.
8. DIN EN 13726-4'e göre adaptasyonu 1 N/cm olmalıdır.
9. Kalıcı deformasyonu 5% olmalıdır.
10. Beta-sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
11. İki ucundan çekip sıyrılarak açılan steril paketler içerisinde ve sonrasında da 50'lik kutular içerisinde ambalajlanmış stripler, 6mmx101mm, 12mmx101mm, 25mmx127mm ebatlarında temin edilebilir olmalıdır.
12. Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
13. Yüklenici firma, ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

Prof. Dr. Göktekin TENKEÇİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No.: 702577

Prof. Dr. Yavuz DEMİR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Plastik Cerrahi
Dip. Tes.

MESH PLAK, ORBİTAL, KESİLEBİLEN, TİTANYUM, NAZO ORBİTAL, 0.3MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüm plaklar saf Titanyum maddeden, Titanyum alaşımından mamul olmalıdır (Ti6A14V). ISO 5832 ve ASTM F67 standartlarına uygun olmalıdır.
2. Orbita tabanı ve orbita duvarı kırıkları için tasarlanmış mesh plak olmalıdır.
3. Bu plaklar uygulayacakları bölge itibari ile 0,3 mm kalınlıkta olmalıdır. Plakların hasta çeşitliliğine ve anatomik yapıya uygun farklı şekillerde çeşitleri olmalıdır.
4. Biyo uyumlu olmalıdır.
5. Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Röntgende görülebilmeli, CT ve MRI uyumlu olmalıdır.
7. Görünüş olarak yüzeylerinde katmer, çıkıntı, çapak, boşluk, çukur, gözenek, ezik, çatlak, zımpara izi, son işlem artığı, diğer yabancı maddeler, keskin kenar ve köşeler bulunmamalıdır.
8. 75.5x180.5±20 mm boyutlarında olmalıdır.


Prof. Dr. Yavuz DEMİR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Plastik Cerrahi
Dip. Tes. No: 63917


Prof. Dr. Göktekin TENKECI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No.: 702577