

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

05/03/2025

İlan No : 2025-03-921
İstem No : 79566
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

A3

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İŞARETLEME KALEMİ, İNCE UÇ	200	Adet					
2	İŞARETLEME KALEMİ, KALIN UÇ	200	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

İŞARETLEME KALEMİ, İNCE UÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Işığa ısıya ve suya dayanıklı olmalı , hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
2. İşlem sırasında ıslanma sırasında dağılmamalıdır.
3. İstenilen renklerde olmalıdır.
4. Cilt üzerinde işaretleme için kullanıma uygun olmalıdır.
5. Cilt üzerinde net ve güvenli kullanım sağlamalıdır.
6. Toksik olmayan pürüzsüz ve belirgin işaretleme özelliğine sahip olmalıdır.
7. Alerji yapmamalı ve cilde herhangi hiç bir zarar vermemelidir.
8. İsteme ince (S) uç temin edilebilmelidir.
9. Paket içerisinde cetvel ve kalem birlikte bulunmalıdır.
10. Paket üzerinde ürün e sterilizasyon bilgileri bulunmalıdır.
11. Kullanım esnasında cerrahi alan kullanılan spanç, eldiven vb.malzemeleri ve etraf dokuları boyamamalıdır.

İŞARETLEME KALEMİ, KALIN UÇ İŞARETLEME KALEMİ, İNCE UÇ

1. Işığa ısıya ve suya dayanıklı olmalı ,hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.
2. İşlem sırasında ıslanma sırasında dağılmamalıdır.
3. İstenilen renklerde olmalıdır.
4. Cilt üzerinde işaretleme için kullanıma uygun olmalıdır.
5. Cilt üzerinde net ve güvenli kullanım sağlamalıdır.
6. Toksik olmayan pürüzsüz ve belirgin işaretleme özelliğine sahip olmalıdır.
7. Alerji yapmamalı ve cilde herhangi hiç bir zarar vermemelidir.
8. İsteme göre kalın (M) uç temin edilebilmelidir.
9. Paket içerisinde cetvel ve kalem birlikte bulunmalıdır.
10. Paket üzerinde ürün e sterilizasyon bilgileri bulunmalıdır.
11. Kullanım esnasında cerrahi alan kullanılan spanç, eldiven vb.malzemeleri ve etraf dokuları boyamamalıdır.

Prof. Dr. Nazım GÜMÜŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Dip. Tes. No: 73581/48493

Prof. Dr. Yavuz DEMİR
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Plastik Cerrahi
Dip. Tes. No: 53917