

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

05/03/2025

İlan No : 2025-03-928
İstem No : 79572
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DEZENFEKTAN, ALET, %2 GLUTERALDEHİT	300	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması.
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad.Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22595

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DEZENFEKTAN, ALET, %2 GLUTERALDEHİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dezenfektan çözelti %2 glutaraldehit, içermelidir.
2. Dezenfektan aktivatörlü veya aktivatörsüz kullanıma hazır olmalıdır.
3. Dezenfektan çözeltinin terkinde formaldehit, fenol fosfat ve oksitleyici maddeler bulunmamalıdır. Koroziv olmamalıdır.
4. Dezenfektan çözelti 5 lt'lik ambalajda olmalıdır.
5. Dezenfektan çözelti %2 lik konsantrasyonda patojen mikroorganizmalara (tüberküloz dahil bakteriler, mantarlar, adenon, polio, zarfsız virüsler ve sporlar) 15 dakikada etkili olmalıdır. Bununla ilgili klinik raporlar ihale dosyasında sunulmalıdır.
6. Dezenfektan çözeltinin kullanıcıyı rahatsız edici kokusu olmamalı, göz ve geniz yakmamalıdır
7. Dezenfektan etkinliği, test stripi ile kontrol edilebilmelidir.
8. Dezenfektanla birlikte her 5 lt'ye 2 adet olacak şekilde glutaraldehitin etkinliğini ölçen test stripi sağlanmalıdır. Etkinlik ölçen test stripler dezenfektanla aynı marka olmalıdır.
9. Test stripinin kullanım talimatı ürünle birlikte verilmelidir. Son kullanım süresi glutaraldehitten daha kısa olmamalıdır, açıldıktan sonra nemlenmeyi engelleyen koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.
10. Glutaraldehitin hastane atığı olarak çevreye zarar vermemesi için her 5 lt için gerekli 30 gr inaktivatör (sodyum bisülfat) firma tarafından sağlanmalıdır. Ürünle birlikte teslim edilmelidir. Son kullanım süresi glutaraldehitten daha kısa olmamalıdır, açıldıktan sonra nemlenmeyi engelleyen koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.
11. İdarenin gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere 3 örnekten Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı Laboratuvarları veya kurumca yetkilendirilmiş bir laboratuvarda ürün analizi istenecektir, analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
12. İstekli firmalar teklif aşamasında hazırlanacak solüsyonun 20 lt olmasını sağlayacak kadar orijinal ambalajda ürün numunesini ve deneme amaçlı olarak da 5(beş) adet test stribini sunmalıdır.
13. Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi **Filiz ŞİMŞEK BOZOK**
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Hast. ve Kli. Mik. AD
Dip. Tes. No: 160505

E. K. K. H. H. H.
Sevriye Rende
S. S. S.