

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

10/03/2025

İlan No : 2025-03-1002
İstem No : 79580
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU, NO:6	50	Adet					
2	SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU, NO:16	3500	Adet					
3	SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU, NO:20	200	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA,

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU NO: 6 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün %100 silikolateks malzemeden üretilmiş, düz uçlu ve iki yollu olmalıdır.
2. Ayrı bir lümeden check valf mekanizmalı şişirilebilen balona sahip olmalıdır.
3. 6-10 numaralı sondaların uzunluğu en az 25cm olmalıdır.
4. Üretra ve mesane için irritan olmayan **%100 siliko-latex** malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Steril iç içe bağımsız olarak açılabilen iki ayrı paketin içinde kullanıma hazır olarak verilmelidir.
6. Uygulama sırasında kolaylık sağlamak üzere sert plastik mandren' e sahip olmalıdır.
7. Standart idrar toplama torbalarına uyumlu olmalıdır.
8. Apirojen olmalıdır.
9. Radyopak çizgisi ve plastik luer-llock valfi olmalıdır.
10. Ayrı bir lümeden check valf mekanizmalı şişirilebilen balona sahip olmalıdır.
11. Balon şişirilme valfi çeşitli ebatlar için renk kodlu olmalıdır.
12. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A. D.
Dış. Tel. No: 367969 0106, Fax. No: 367974

Dr. Gür Üyesel İsa KILLI
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A. D.
Dış. Tel. No: 367969 0106, Fax. No: 367974

ürolöjî

SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU NO:16;20 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün %100 silikolateks malzemeden üretilmiş, düz uçlu ve iki yollu olmalıdır.
2. Radyopak çizgisi ve plastik luer-lock valfi olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu 42 ± 4 cm olmalıdır.
4. Travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
5. Standart idrar toplama torbasına uygun olmalıdır.
6. Ayrı bir lümeden check valf mekanizmalı şişirilebilen balona sahip olmalıdır.
7. Balon şişirilme valfi çeşitli boyutlar için renk kodlu olmalıdır.
8. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk cerrahisi A. D.
Dip. Tes. No. : 134299 / Zm. Tes. No. : 163143

Prof. Dr. Hasan Erdal DORUK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Dip. No. : 1284 / Z Tes. No. : 4072-5517