

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/03/2025

İlan No : 2025-03-1036
İstem No : 79585
Alım No :
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Endoskopi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, FORSEPS, FARE DİŞLİ, 2.3MMX230-240CM	3	Adet					
2	FORSEPS, HOT BİYOPSİ, ENDOSKOPİK, İĞNESİZ, TİMSAH DİŞLİ, DİSPOSABLE, 2.8MMX230CM	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DİSPOSABLE YABANCI CİSİM ÇIKARMA FORSEPSİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünün katater çapı 2.3mm olmalıdır.
2. Katater boyu 230 cm olarak istenilen ölçülerde temin edilebilmelidir.
3. Ürünün ağız kısımları fare diş yapısında olmalıdır. İstenilen den istenildiği miktarda teslimat yapılmalıdır.
4. Ürünün katateri paslanmaz çelik örgülerden üretilmiş olmalıdır.
5. Ürün disposable olmalıdır
6. Ürünün handle kısmında referans numarası ve markası işlenmiş olmalıdır.
7. Ürün handle ile katater birbirine monte olarak paketlenmiş olmalıdır.
8. Ürün tıbbi sisteminde kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
9. Ürün uygunluğu istenilen ölçülerde numuneler denenerek verilecektir.

Prof. Dr. Engin ALTINTAS
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. No: 19349 / 23-17
Dip. Sicil No: 46795

Prof. Dr. Orhan SEZGİN
Mersin Ü.İ. Tıp Fak. İhtes.
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzmanı
(Dip. No: 3312 / Sicil No: 117)

31940

DİSPOSABLE YABANCI CİSİM ÇIKARMA FORSEPSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünün katater çapı 2.3mm olmalıdır.
2. Katater boyu 230 cm olarak istenilen ölçülerde temin edilebilmelidir.
3. Ürünün ağız kısımları timsah diş yapısında olmalıdır. İstenilen den istenildiği miktarda teslimat yapılmalıdır.
4. Ürünün katateri paslanmaz çelik örgülerden üretilmiş olmalıdır.
5. Ürün disposable olmalıdır
6. Ürünün handle kısmında referans numarası ve markası işlenmiş olmalıdır.
7. Ürün handle ile katater birbirine monte olarak paketlenmiş olmalıdır.
8. Ürün titubb sisteminde kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
9. Ürün uygunluğu istenilen ölçülerde numuneler denenerek verilecektir.

Prof. Dr. Ergin ALTINTAŞ
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 19949 / 23417
Dip. Sicil No: 46195

Prof. Dr. Orhan SEZGİN
Mersin U. Tıp Fakültesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzm.
(Dip. No: 8344 Sicil No: 41341)