

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

10/03/2025

İlan No : 2025-03-1020
İstem No : 79595
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AJS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GUIDE WIRE, MİKRO, NÖROVASKÜLER, DİSTALİ HİDROFİLİK, 0.014", 300CM.	100	Adet					
2	GUIDE WIRE, MİKRO, NÖROVASKÜLER, DİSTALİ HİDROFİLİK, 0.014", 200CM	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

NORORADYOLOJİK KULLANIM AMAÇLI HİDROFİLİK MİKRO KILAVUZ TEL TEKNİK SARTNAMESİ

- 1) Mikro kilavuz tel, nororadyolojik girişimlerde, mikro kateterin intrakraniyel lezyonlara ulaştırılması için özel olarak üretilmiş olmalıdır.
- 2) Mikrokilavuz tel uc kısmı, damara zarar vermemesi için atravmatik yapıda olmalıdır.
- 3) Mikro kilavuz tel, lezyona ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, distalinde coil sarmal yapıda olmalıdır.
- 4) Mikro kilavuz telin distal kısmı tortuoz damarlarda hareket kabiliyetini arttırmak amacıyla hidrofilik kaplı olmalıdır.
- 5) Mikro kilavuz telin her türlü mikro kateter kombinasyonu ile uyumlu çalışabilmesi için 0,014" çap seçenekleri bulunmalıdır.
- 6) Mikro kilavuz tel, uzunluğu çeşitli çaplarda 145'den 200cm'ye kadar seçilebilmelidir.
- 7) Mikro kilavuz tel, fda ve ce onayına sahip olmalıdır.
- 8) Mikro kilavuz tel, steril ve tekli ambalaj içinde, ambalaj üzerinde steril şekli ve son kullanma tarihi belirtilmiş şekilde teslim edilmelidir.

Prof. Dr. Engin KARA
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyasyon Fizik Uzmanı
Dış Tel No: 3414717-343

Prof. Dr. Cener ÖZER
Mersin Üniversitesi Hast.
Radyoloji
Dış Tel No: 48733