

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

10/03/2025

İlan No : 2025-03-1026
İstem No : 79598
Alım No :
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Endoskopi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DİLATASYON BUJİSİ, BİLİER, 7FR	3	Adet					
2	DİLATASYON BUJİSİ, BİLİER, 10FR	3	Adet					
3	DİLATASYON BUJİSİ, BİLİER, 5FR	3	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA,

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22595

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

Biliary Dilatör 10 Fr Teknik Şartnamesi

- 1-Kateter 10 F Çapında Olacak.
- 2-Kateter 200 Cm Uzunluğunda Olacak.
- 3-0.035 Kılavuz Tel Kullanımına Uygun Olacak.
- 4-Uç Kısmı İncelerek Sonlanacak.
- 5-Kateter Üzerinde Radyopak Markerlar Bulunacak.

02524?
24710

Prof. Dr. Engin ~~YINTAŞ~~
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.
ç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 19949/23417
Dip. Sicil No: 46195

Prof. Dr. Engin ~~YINTAŞ~~
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.
ç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 19949/23417
Dip. Sicil No: 46195

Biliary Dilatör 7 Fr Teknik Şartnamesi

37256?

23134

- 1-Kateter 7 F Çapında Olacak.
- 2-Kateter 200 Cm Uzunluğunda Olacak.
- 3-0.035 Kılavuz Tel Kullanımına Uygun Olacak.
- 4-Uç Kısmı İncelerek Sonlanacak.
- 5-Kateter Üzerinde Radyopak Markerlar Bulunacak.

~~YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.~~
EÜT İç Hastalıkları A.Ş.
Hastanalar ve Sağlık Hizmetleri Uzm.
Dip. No: 19349 / 23417
T.C. Sicil No: 48105

Prof. Dr. Ömer SEZGİN
Nispetiye Hastanesi
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzmanı
(Dip. No: 19349 / 23417)

Biliary Dilatör 5 Fr Teknik Şartnamesi

- 1-Kateter 5 F Çapında Olacak.
- 2-Kateter 200 Cm Uzunluğunda Olacak.
- 3-0.035 Kılavuz Tel Kullanımına Uygun Olacak.
- 4-Uç Kısmı İncelerek Sonlanacak.
- 5-Kateter Üzerinde Radyopak Markerlar Bulunacak.

40217?

39931

Prof. Dr. Engin ALTINTAŞ
M.E.Ü.T.F.İ. Hastalıkları A.D.
Ç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 19349 / 23417
Dip. Sicil No: 46195

Prof. Dr. Cihan İTİZGİN
M.E.Ü.T.F.İ. Hastalıkları A.D.
Ç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 19349 / 23417
Dip. Sicil No: 46195