

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

10/03/2025

İlan No : 2025-03-1018  
İstem No : 79600  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Endoskopi  
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 17/03/2025 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STENT, BİLİER, METALİK, TAM KAPLI, 8CM	3	Adet					
2	STENT, BİLİER, METALİK, TAM KAPLI, 6CM	3	Adet					
3	STENT, BİLİER, METALİK, TAM KAPLI, 10CM	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

## **Biliary Stent Tamamı Kaplı Çıkarılabilir**

- 1-Stent Self Expandable Olmalıdır.
- 2-Stent Materyali Nitinol Olmalıdır.
- 3-Stent Flexible Olmalıdır.
- 4-Stent Tamamı Kaplı Olmalıdır.
- 5-Stent Çapı 10 Mm , Stent Uzunlukları 6 Cm Olmalıdır.
- 6-Vaka Esnasında Stentin % 80 Lik Kısmı Açılmış Olsa Bile Tekrar İntroducer İçerisine Toplanabilmelidir.
- 7-Stent İntroduceri 3 Mm (9 F) Çapında Ve Çalışma Uzunluğu En Az 180 Cm Uzunluğunda Olmalıdır.
- 8-Stentin Distal Ve Proximal Uçları Konik Şeklinde Genişlemeli Ve En Az 12 Mm Çapında Olmalıdır.
- 9-Stentin Radyal Forsu Yüksek Olmalıdır.
- 10-Uygulama Aparatı Üzerinde Güvenlik Kilidi Bulunmalıdır.
- 11-0.035 Kılavuz Tel Kullanımına Uygun Olmalıdır.
- 12-Uygulama Aparatında Enjeksiyon Lümeni Bulunmalıdır.
- 13-Stent Üzerinde En Az 8 Adet Radyoopak Marker Bulunmalıdır.
- 14-Şartnamede Belirtilen Tüm Modeller İçin Ubb Kaydı Mevcut Olup Ve Barkod Numaraları Teklif Cetvelinde Belirtilecektir.
- 15-Ürün Üzerinde Hangi Markaya Ait Olduğunun Anlaşılabilmesi İçin Üretici Firma İsmi Veya Logosu Yer Almalıdır.
- 16-Kateter Doktor Kontrollü Ercp Sistemine Uygun Olarak Tasarlanmış Olmalıdır.
- 17-Kateter Hem Kısa Sistem( 200 Cm) Hemde Uzun Sistem (450 Cm) Kılavuz Tel İle Kullanıma Uygun Olmalıdır.
- 18-Stentin Her İki Ucunda Çıkarma İpleri Bulunmalıdır.

35286

Prof. Dr. Ergin ALTINTAS  
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.  
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.  
Dip. No: 19349 / 23417  
Dip. Sicil No: 46195

Prof. Dr. Cahit ALTINTAS  
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.  
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.  
(Dip. No: 19349 / 23417)

## Biliary Stent Tamamı Kaplı Çıkarılabilir

- 1-Stent Self Expandable Olmalıdır.
- 2-Stent Materyali Nitinol Olmalıdır.
- 3-Stent Flexible Olmalıdır.
- 4-Stent Tamamı Kaplı Olmalıdır.
- 5-Stent Çapı 10 Mm , Stent Uzunlukları 8 Cm Olmalıdır.
- 6-Vaka Esnasında Stentin % 80 Lik Kısmı Açılmış Olsa Bile Tekrar İntroducer İçerisine Toplanabilmelidir.
- 7-Stent İntroduceri 3 Mm (9 F) Çapında Ve Çalışma Uzunluğu En Az 180 Cm Uzunluğunda Olmalıdır.
- 8-Stentin Distal Ve Proximal Uçları Konik Şeklinde Genişlemeli Ve En Az 12 Mm Çapında Olmalıdır.
- 9-Stentin Radyal Forsu Yüksek Olmalıdır.
- 10-Uygulama Aparatı Üzerinde Güvenlik Kilidi Bulunmalıdır.
- 11-0.035 Kılavuz Tel Kullanımına Uygun Olmalıdır.
- 12-Uygulama Aparatında Enjeksiyon Lümeni Bulunmalıdır.
- 13-Stent Üzerinde En Az 8 Adet Radyopak Marker Bulunmalıdır.
- 14-Şartnamede Belirtilen Tüm Modeller İçin Ubb Kaydı Mevcut Olup Ve Barkod Numaraları Teklif Cetvelinde Belirtilecektir.
- 15-Ürün Üzerinde Hangi Markaya Ait Olduğunun Anlaşılabilmesi İçin Üretici Firma İsmi Veya Logosu Yer Almalıdır.
- 16-Kateter Doktor Kontrollü Ercp Sistemine Uygun Olarak Tasarlanmış Olmalıdır.
- 17-Kateter Hem Kısa Sistem( 200 Cm) Hemde Uzun Sistem (450 Cm) Kılavuz Tel İle Kullanıma Uygun Olmalıdır.
- 18-Stentin Her İki Ucunda Çıkarma İpleri Bulunmalıdır.

35287

Prof.Dr.Engin ALTINTAS  
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.  
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.  
Dip. No: 79949 / 23417  
Dip. Sicil No: 46195

Prof. Dr. Orhan ÖZGİN  
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.  
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.  
Dip. No: 79949 / 23417  
Dip. Sicil No: 46195

### **Biliary Stent Tamamı Kaplı Çıkarılabilir**

- 1-Stent Self Expandable Olmalıdır.
- 2-Stent Materyali Nitinol Olmalıdır.
- 3-Stent Flexible Olmalıdır.
- 4-Stent Tamamı Kaplı Olmalıdır.
- 5-Stent Çapı 10 Mm , Stent Uzunlukları 10 Cm Olmalıdır.
- 6-Vaka Esnasında Stentin % 80 Lik Kısmı Açılmış Olsa Bile Tekrar İntroducer İçerisine Toplanabilmelidir.
- 7-Stent İntroduceri 3 Mm (9 F) Çapında Ve Çalışma Uzunluğu En Az 180 Cm Uzunluğunda Olmalıdır.
- 8-Stentin Distal Ve Proximal Uçları Konik Şeklinde Genişlemeli Ve En Az 12 Mm Çapında Olmalıdır.
- 9-Stentin Radyal Forsu Yüksek Olmalıdır.
- 10-Uygulama Aparatı Üzerinde Güvenlik Kilidi Bulunmalıdır.
- 11-0.035 Kılavuz Tel Kullanımına Uygun Olmalıdır.
- 12-Uygulama Aparatında Enjeksiyon Lümeni Bulunmalıdır.
- 13-Stent Üzerinde En Az 8 Adet Radyoopak Marker Bulunmalıdır.
- 14-Şartnamede Belirtilen Tüm Modeller İçin Ubb Kaydı Mevcut Olup Ve Barkod Numaraları Teklif Cetvelinde Belirtilecektir.
- 15-Ürün Üzerinde Hangi Markaya Ait Olduğunun Anlaşılabilmesi İçin Üretici Firma İsmi Veya Logosu Yer Almalıdır.
- 16-Kateter Doktor Kontrollü Ercp Sistemine Uygun Olarak Tasarlanmış Olmalıdır.
- 17-Kateter Hem Kısa Sistem( 200 Cm) Hemde Uzun Sistem (450 Cm) Kılavuz Tel İle Kullanıma Uygun Olmalıdır.
- 18-Stentin Her İki Ucunda Çıkarma İpleri Bulunmalıdır.

35285

Prof. Dr. Engin ALTINTAS  
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.  
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.  
Dip. No: 19349 / 23417  
Din. Sicil No: 46195

Prof. Dr. Orhan SERZGİN  
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.  
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.  
Dip. No: 19349 / 23417  
Din. Sicil No: 46195