

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AYS

TEKLİF İSTEME FORMU

17/03/2025

İlan No : 2025-03-1084  
İstem No : 79602  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Endoskopi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 21/03/2025 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	STENT, ÖZEFAGUS, METAL, TAM KAPLI, 12CM	4	Adet					
2	STENT, ÖZEFAGUS, METAL, TAM KAPLI, 8CM	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.\_Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## STENT, ÖZEFAGUS, METAL, TAM KAPLI, 12 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Stent Self Expandable Olmalıdır.
- 2-Stent Materyali Nitinol Olmalıdır.
- 3-Stent Flexible Olmalıdır.
- 4-Stentin Tamamı Kaplı Olmalıdır.
- 5-Stent Çapı 20 Mm , Stent Uzunlukları 12 Cm Olmalıdır.İstenilen Çap ve uzunlukta Stent Teslim Edilebilmelidir.
- 6-Vaka Esnasında Stentin % 80 Lik Kısmı Açılmış Olsa Bile Tekrar İntroducer İçerisine Toplanabilmelidir.
- 7-Stent İntroduceri 8 Mm Çapında Ve Çalışma Uzunluğu En Az 65 Cm Uzunluğunda Olmalıdır.
- 8-Stentin Distal Ve Proximal Uçları En Az 1,5 Cm Uzunluğunda Konik Şeklinde Genişlemeli Ve En Az 26 Mm Çapında Olmalıdır.
- 9-Stentin Her İki Ucunda İp Bulunmalıdır.
- 10- Stentin Radyal Forsu Yüksek Olmalıdır.
- 11- Uygulama Aparatı Üzerinde Güvenlik Kilidi Bulunmalıdır.
- 12-Uygulama Aparatı Üzerinde Cm İşaretleri Bulunmalıdır.
- 13-0.035 Kılavuz Tel Kullanımına Uygun Olmalıdır.
- 14-Uygulama Aparatında Enjeksiyon Lümeni Bulunmalıdır.
- 15- Stent Üzerinde En Az 12 Adet Radyopak Marker Bulunmalıdır.Bu Markerlar Distal Ve Proximalde 4 er Adet, Orta Kısımda İse 4 Adet Şeklinde Olmalıdır.

39242

Prof. Dr. Emin ALTINTAŞ  
M.E.Ü.T.F.İç Hastalıkları A.D.  
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.  
Dip. No: 19949 / 23417  
Din. Sicil No: 46195

Prof. Dr. Emin ALTINTAŞ  
M.E.Ü.T.F.İç Hastalıkları A.D.  
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.  
Dip. No: 19949 / 23417  
Din. Sicil No: 46195

## STENT, ÖZEFAGUS, METAL, TAM KAPLI, 8 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Stent Self Expandable Olmalıdır.
- 2-Stent Materyali Nitinol Olmalıdır.
- 3-Stent Flexible Olmalıdır.
- 4-Stentin Tamamı Kaplı Olmalıdır.
- 5-Stent Çapı 20 Mm , Stent Uzunlukları 8 Cm Olmalıdır.İstenilen Çap ve uzunlukta Stent Teslim Edilebilmelidir.
- 6-Vaka Esnasında Stentin % 80 Lik Kısmı Açılmış Olsa Bile Tekrar İntroducer İçerisine Toplanabilmelidir.
- 7-Stent İntroduceri 8 Mm Çapında Ve Çalışma Uzunluğu En Az 65 Cm Uzunluğunda Olmalıdır.
- 8-Stentin Distal Ve Proximal Uçları En Az 1,5 Cm Uzunluğunda Konik Şeklinde Genişlemeli Ve En Az 26 Mm Çapında Olmalıdır.
- 9-Stentin Her İki Ucunda İp Bulunmalıdır.
- 10- Stentin Radyal Forsu Yüksek Olmalıdır.
- 11-Uygulama Aparatı Üzerinde Güvenlik Kilidi Bulunmalıdır.
- 12-Uygulama Aparatı Üzerinde Cm İşaretleri Bulunmalıdır.
- 13-0.035 Kılavuz Tel Kullanımına Uygun Olmalıdır.
- 14-Uygulama Aparatında Enjeksiyon Lümeni Bulunmalıdır.
- 15-Stent Üzerinde En Az 12 Adet Radyopak Marker Bulunmalıdır.Bu Markerlar Distal Ve Proximalde 4 er Adet, Orta Kısımda İse 4 Adet Şeklinde Olmalıdır.

39240

Prof. Dr. Engin ALTINTAŞ  
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.  
Ç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.  
Dip. No: 19349 / 23417  
Dip. Sicil No: 46195

Prof. Dr. Engin ALTINTAŞ  
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.  
Ç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.  
Dip. No: 19349 / 23417  
Dip. Sicil No: 46195